

古浪县直滩镇卫生院荧光免疫定量分析仪采购项目
招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《甘肃省 2020—2022 年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（甘财采〔2020〕13 号）和《武威市人民政府办公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》（武政办函〔2018〕122 号）等有关规定，对古浪县直滩镇卫生院荧光免疫定量分析仪采购项目实施自主招标，特邀请合格的供应商前来投标。

一、招标单位：古浪县直滩镇卫生院

二、项目名称：古浪县直滩镇卫生院荧光免疫定量分析仪采购项目

三、项目编号： GLXZTWSY-20240001

四、采购预算金额：34000 元

五、招标方式：邀请招标

六、采购内容：

序号	名称	规格	单位	数量
1	荧光免疫定量分析仪	Q8 Pro	台	1

七、投标人资格要求：

1、供应商应为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照。

2、供应商为生产厂家的须具有医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；供应商为经销商的须具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

3、投标人未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”及网站查询结果为准）。

4、投标人须提供近两年内至今任意一个季度纳税证明（2024年当年成立的公司提供自成立以来至竞价截止日的纳税证明），依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。

八、报名时间及审核资质、竞价时间：

报名及审核资质时间：2024年2月21日8:30至2024年2月22日18:00

竞价时间：2024年2月23日8:30至2024年2月23日18:00

九、联系方式：

招标人：古浪县直滩镇卫生院

联系人：张兴博

联系电话：15095637272

古浪县直滩镇卫生院

2024 年 2 月 20 日

荧光免疫定量分析仪技术参数

技术要求：

1. 产地：原装生产配送，国内有 NMPA 等权威认证。
2. 规格型号：所投标产品的规格型号必须与 NMPA 注册登记表一致。
3. #画面显示：≥12.1 英寸彩色液晶显示屏。
4. #仪器小巧，体积应≤450mm×450mm×450mm（长×宽×高）。
5. 便于运输和安装，裸机重量应≤18Kg。
6. 数据传输：可连接 LIS 系统。
7. 储存空间：可储存≥100000 条检测结果。
8. 打印模式：外接 USB 打印机，可自定义打印模板。
9. 样本类型：全血、血清、血浆。
10. 测试速度：≥120T/H。
11. ▲通道数：≥20 个。
12. 检测模式：孵育检测。
13. ▲急诊功能：支持急诊申请。
14. #温度控制系统：具有孵育加热功能，提供稳定的检测环境。
15. ▲可配套厂家自主研发的 POCT 质量管理软件使用，方便用户的 POCT 质量管理。
16. 具有开机自检、断电保护、运行状态实时监控等功能。
17. ▲检测方法：干式免疫荧光法。
18. 检测项目含 NT-proBNP、BNP、hs-cTnI/CK-MB/Myo、D-dimer、CRP、SAA、CRP/SAA、PCT、IL-6 等项目。
19. ▲检测时间：3-15 分钟内出检测结果。
20. 稳定的光电信号通路，光学 CV 值：<1%
21. 环境温度：10℃-30℃
22. 环境湿度：30%-85%
23. 使用期限/失效日期：5 年