

古浪县西靖镇卫生院仪器设备采购项目参数

一、岩盐气溶胶治疗仪 1 台

- 1、适用范围：用以治疗呼吸系统疾病；
- 2、产品组成：主机、专用岩盐配料、电源适配器和软件；
- 3、设备可产生岩盐气溶胶；
- 4、设备产生的岩盐气溶胶，规格不超过 5 微米的颗粒数量占总颗粒数的比例不低于 80%；
- 5、岩盐气溶胶浓度可 10 档调节，浓度 $\geq 3\text{mg}/\text{m}^3$
- 6、工作模式：可单人佩戴面罩使用，具有成人和儿童两种工作模式；
- 7、具有设置记忆功能，开机时默认为上次设置的功能和时间；
- 8、档位：转速、风速可 5 档调节；
- 9、工作时间：默认 60min，可在 5-95min 范围调节，步进 5min；
- 10、具有倒计时功能，结束后自动停止工作；
- 11、显示方式：液晶显示屏，中文菜单；实体按键操作；
- 12、具备历史记录功能；
- 13、历史记录界面可查看最近一次治疗的时间和模式；
- 14、主机重量 $\leq 3\text{kg}$ ，具有一定的便携性，方便移动，满足各种使用场景；
- 15、有效期： >5 年；
- 16、具备交叉感染防控的恰当措施：上盖可拆卸，便于清洁和消毒；
- 17、具有研磨系统，研磨仓为 316 不锈钢材质，易拆卸，便于清洁、消毒与更换；
- 18、噪音 $\leq 65\text{dB}$ ；
- 19、环境要求和工作条件：环境温度： $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度： $30\%\sim 70\%$ ；大气压力： $86\text{kPa}\sim 106\text{kPa}$ ；
- 20、电源电压： $220\text{V}\pm 10\%$ ；电压： $\text{AC}220\text{V}\pm 10\%$ ；频率： $50/60\text{Hz}$ ；额定功率： 50W ；

二、煎药壶 2 个

- 1、机身收纳：分体式收纳
- 2、操控方式：触控调节
- 3、容量：5L（约 15 碗）
- 4、火力：变频文武火
- 5、内胆：陶瓷内胆
- 6、尺寸：333*241*297mm
- 7、配件：260ml 白瓷碗

一、搓丸板 1 个

- 1、9 克 22 毫米一次可做 30 丸
- 2、6 克 19 毫米一次可做 36 丸
- 3、3 克 15 毫米一次可做 42 丸
- 4、一次可做多量丸子
- 5、槽隔断设计
- 6、底部吸盘设计