

彩色医用显示器

技术参数

序号	指标项	技术规格要求
1.	屏幕	尺寸≥27 英寸，分辨率≥2560×1440，像素大小≤0.2331mm，对比度≥1000:1，视角≥178°，响应时间≤8ms
2.	支持彩色	≥10.7 亿
3.	亮度	≥500 cd/m2
4.	均匀性	≥80%
5.	医疗影像标准	显示器完全符合 DICOM3.14 标准
6.	医疗设备曲线	内置 OFF, 1.8, 2.0, 2.2, CIE, User1, User2, DICOM+0.5, DICOM+1.3, DICOM 曲线
7.	操作按键	隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命
8.	曲线切换	支持一键快捷切换 Gamma2.2 与 Dicom 切换
9.	彩色单色切换	支持一键打开单色彩色切换功能
10.	局部增亮	具备一键打开局部增亮功能
11.	灯箱功能	显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键开启灯箱显示区域控制菜单（全屏显示或者左右半屏显示）
12.	信号切换	支持一键打开信号通道切换功能
13.	输入信号	Display port ×2：最新一代数字视频接口 DVI-D ×2：计算机数字视频接口 VGA×1：模拟信号接口
14.	电源开关	具备船型电源开关，可完全断开显示器供电
15.	双屏显示	两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式
16.	双屏效果调节	双屏模式下支持对左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式
17.	亮度恒定技术	内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定
18.	菜单语言	≥8 国菜单语言
19.	显卡	配置双专业显卡，DP 信号输出≥1 路，DVI 信号输出≥1 路，显存≥1G，支持 XP、WIN7 操作系统
20.	底座	支持 90°旋转，仰角≥30°，俯角≥5°，升降≥120mm
21.	产品认证	产品取得 CCC, CE, FCC, IEC 认证
22.	售后服务	原厂保修 3 年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持

凉州区武南镇中心卫生院彩色医用显示器 采购项目招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《甘肃省招标投标条例》、《甘肃省 2023-2024 年政府集中采购目录和分散采购限额标准》和《武威市人民政府办公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》等文件的有关规定，现对凉州区武南镇中心卫生院彩色医用显示器采购项目实施自主招标，特邀请合格的供应商前来投标。

一、招标单位：凉州区武南镇中心卫生院

二、项目编号：WNZZXWSY-2024007

三、项目名称：凉州区武南镇中心卫生院彩色医用显示器采购项目

四、招标方式：邀请招标

五、招标内容：采购彩色医用显示器 1 台。（详见货物技术参数）

六、预算控制价：40000 元

七、投标人资质范围要求：

1. 投标人具有独立法人资格，提供合法有效的营业执照。
2. 投标人具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；
3. 投标企业针对本项目所提供的资料无弄虚作假声明。

4. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的企业方可参加本项目的投标。需提供的证明资料必须有信用截图或者信用报告，开始报名至竞价结束前在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站查询。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

八、报名及资质审核时间：

2024年04月12日11时00分至2024年04月14日17时00分

九、竞价时间：

2024年04月15日09时00分至2024年04月15日17时00分

十、联系方式：

联系人：郭财民

联系电话：17709358090

凉州区武南镇中心卫生院

2024年04月12日

