

弱视综合治疗仪

一. 主要技术性能

- 1.1 工作电压：~220V
- 1.2 电源频率：50HZ
- 1.3 输出功率：25VA
- 1.4 设备安全分类：II 类 BF 型
- 1.5 后像光最大光照度在 0Lx~1200Lx 范围内
- 1.6 红光闪烁频率为>5 次/min

二、产品功能：双目，要具有红闪、光刷、光栅、高对比、中对比、低对比、后像、视觉刺激、同时视、融合视、立体视、机内视力

三、配置清单

1. 主机一台

2. 随机附件要具有(1)红卡 1 个 (2)蓝卡 1 个 (3)白卡 1 个 (4) 保修卡 1 张 (5)操作说明书 1 份 (6)描图笔 1 支 (7)抹镜布 1 块 (8)眼盖 1 个