

凉州区畜牧兽医技术推广中心 2024 年生猪调出大县剩余资金防疫物资采购 项目招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《甘肃省 2023—2024 年政府集中采购目录和分散采购限额标准》和《武威市人民政府办公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》（武政办函〔2018〕122 号）等有关规定，拟对凉州区畜牧兽医技术推广中心 2024 年生猪调出大县剩余资金防疫物资采购项目，在政府采购限额以下项目阳光交易系统实施自主招标，邀请合格的供应商前来投标。

一、招标单位：凉州区畜牧兽医技术推广中心

二、项目编号：LZQXMSYJSTGZX202402

三、项目名称：凉州区畜牧兽医技术推广中心 2024 年生猪调出大县剩余资金防疫物资采购项目

四、招标内容：盐酸克伦特、罗莱克多巴胺、沙丁胺醇三联快速检测卡、改进型口蹄疫病毒 O 型抗体检测试剂盒、磁珠法病毒 DNA/RNA 提取试剂盒、真空采血管等物资一批，具体参数和数量见采购清单。

五、招标方式：邀请招标

六、预算控制价：10.8 万元

七、投标人资格要求：

1、投标人具备独立法人资格。

2、投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的

禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前，省外企业可不提供“信用甘肃”查询结果）如相关失信记录、失效，投标人需提供相关证明材料）。

3、投标人须具有兽药经营或生产许可证（许可证经营或生产范围包含兽用生物制品类）。

资格文件上传要求：

1、营业执照、机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照；（副本复印件加盖投标单位公章）

2、投标单位法定代表人授权书（需有法人和被授权人的签名并附身份证复印件）

3、以招标公告发布之日起至投标截止前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，供应商须将查询结果网页截图或信用报告打印出来并加盖公章后上传。如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明材料

4、投标人近三个月财务状况（以公司财务报表为准）

5、投标人近三个月纳税状况（以完税凭证或完税证明为准）。

6、投标人近三个月参加社会养老保险状况（以缴纳社保凭证或社保局出具证明函原件为准）。

7、企业对所提供资料无弄虚作假内容声明文件。

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

9、投标单位出具的符合招标公告要求的供货时限承诺书。

10、兽药经营或生产许可证（许可证经营或生产范围包含兽用生物制品类）。

八、货物要求：

1、竞价结束并公示后，中标方须按需方要求将货物送达招标单位指定地点，逾期将拒绝收货。

2、投标供应商所供货物必须保证包装完好，无污染及无破损，否则采购方有权拒绝收货。

3、供货时按采购数量一次性送达，不接受分批供应。

九、招标报名及竞价时间：

招标报名和资格审核时间：

2024年11月6日16:00:00至2024年11月8日16:00:00。

竞价时间：

2024年11月11日09:00:00至2024年11月12日09:00:00。

十、其他要求：

确定中标结果后，中标人须向招标单位提供纸质版投标文件一正一副（包括投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、营业执照、投标报价明细表、技术参数及相关证明材料、售后服务承诺等相关资料）。

十一、联系方式：

联系人：于建超 联系电话：0935-6975636

附表：凉州区畜牧兽医技术推广中心2024年生猪调出大
县剩余资金防疫物资采购清单

凉州区畜牧兽医技术推广中心

2024年11月6日



凉州区畜牧兽医技术推广中心2024年生猪调出大县剩余 资金防疫物资采购计划

序号	名称	参数和要求	单位	数量	备注
1	盐酸克伦特罗、罗莱克多巴胺、沙丁胺醇三联快速检测卡	1. 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇检测限 $\leq 3\text{ppb}$; 2. 产品常温保存, 保质期不少于12个月, 每个检测卡独立密封包装, 规格40条/盒, 内附清晰详细的使用说明书; 3. 产品满足: 能够检测动物尿液中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇, 适用基质为动物尿液; 产品假阴性率为0, 假阳性率 $\leq 1.0\%$ 。	条	10000	
2	改进型口蹄疫病毒O型抗体检测试剂盒	1. 产品规格: 96T $\times$ 5块/盒, 可检测50-100份样品; 2. 保存条件及有效期: 抗原-20 $^{\circ}\text{C}$ 保存, 试剂盒2-8 $^{\circ}\text{C}$ 保存, 有效期12个月; 3. 检测方法: 定量型液相阻断ELISA; 4. 反应时间: 不超过70分钟, 以产品说明书为准; 5. 配备血清稀释板与加样槽。	盒	7	
3	改进型口蹄疫病毒A型抗体检测试剂盒	1. 产品规格: 96T $\times$ 5块/盒, 可检测50-100份样品; 2. 保存条件及有效期: 抗原-20 $^{\circ}\text{C}$ 保存, 试剂盒2-8 $^{\circ}\text{C}$ 保存, 有效期12个月; 3. 检测方法: 定量型液相阻断ELISA; 4. 反应时间: 不超过70min, 以产品说明书为准; 5. 配备血清稀释板与加样槽。	盒	7	
4	磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒	1. 名称: FineMag快速磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒; 2. 规格: 32T/盒; 3. 样本类型: 组织、粪便、全血、血清、血浆和体液样本、采样拭子等; 产品为预分装产品; 4. 提取灵敏度: RNA病毒50IU/mL, DNA病毒10IU/mL; 5. 重复性: 同一提取模板16个重复PCR的CT值重复性误差 $\text{CV} < 1\%$; 6. 板间重复性: 同批3个深孔板16个提取模板PCR的CT值重复性误差 $\text{CV} < 1\%$; 7. 病毒核酸提取试剂中是否加Carrier RNA: 无; 8. 病毒核酸提取试剂中是否加蛋白酶K: 无; 9. 提取时间: 15min; 洗脱体积: 70~100 μl ; 10. 提取方法: 通过转移磁珠进行各种不同操作; 11. 磁珠粒径: 纳米级; 能否加热: 能; 12. 有效期: 室温或2~8 $^{\circ}\text{C}$ 储存12个月; 13. 配套仪器: NPA-32P自动核酸提取纯化仪。	盒	7	
5	非洲猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒	1. 作用与用途: 用于检测猪血清中非洲猪瘟病毒P30抗体; 2. 保存条件: 2~8 $^{\circ}\text{C}$ 保存 3. 试剂盒规格: 192 孔/盒 4. 试剂盒组成: ASFV B抗原包被板、ASFV B阴性血清、ASFV B阳性血清、ASFV 酶标抗体、20 $\times$ 洗涤液、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液 5. 结果判定: ASFV B 阴性对照血清的平均 OD 值即 OD NC ; ASFV B 阳性对照血清的平均 OD 值即 OD PC ; 酶标抗体 (空白) 的平均 OD 值即 OD Cm ; 待检样品的 OD 值即为 OD S ; 阈值计算 阳性对照血清阻断率即 $\text{PB PC} = 100 - \text{OD PC} / \text{OD Cm} \times 100$; 阴性对照血清阻断率即 $\text{PB NC} = 100 - \text{OD NC} / \text{OD Cm} \times 100$; 样品阻断率即 $\text{PB S} = 100 - \text{OD S} / \text{OD Cm} \times 100$ 。试验成立条件: $\text{PB NC} < 30$ 且 $\text{PB PC} > 70$, 试验结果有效; 否则, 重新进行试验。判定: 在试验成立的前提下, 样品阻断率即 $\text{PB S} > 50$, 结果判为阳性; $\text{PB S} \leq 50$, 结果判为阴性。	盒	7	

凉州区畜牧兽医技术推广中心2024年生猪调出大县剩余
资金防疫物资采购计划

序号	名称	参数和要求	单位	数量	备注
6	非洲猪瘟病毒（P72/CD2v/MGF）三重荧光PCR检测试剂盒	*1. 作用与用途：用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肌肉、唾液、精液、口鼻拭子、肛拭子和环境拭子等样品中的非洲猪瘟病毒P72基因、CD2v基因和MGF 505-1R基因的检测。 2. 保存条件：-20℃以下冷冻保存，有效期不小于15个月。 3. 试剂盒规格：50 检份/盒 4. 试剂盒组成：酶反应液1000 μl/管、引物探针 1 管、阳性对照500μl/管、阴性对照500 μl/管。 5. PCR 反应 加样后将PCR反应管瞬时离心，然后置于荧光PCR仪内，进行如下反应：37℃孵育2分钟；95℃预变性20秒；95℃变性10秒，60℃延伸30秒，共40个循环；设置60℃收集FAM、VIC与Cy5荧光信号	盒	3	
7	真空采血管	1. 产品规格为100支/盒； 2. 提供产品彩页以及检验报告； 3. 普通管、配采血针头； 4. 适合海拔在1500米以上使用。 *5. 厂家应具有：ISO13485 生产体系认证，CE 认证	支	20000	
8	羊棘球蚴病间接ELISA感染抗体检测试剂盒	1. 作用与用途：用作检测羊棘球蚴（包虫）病的血清学诊断，适用于羊棘球蚴（包虫）病抗体检测、诊断及流行病学调查。 2. 产品规格：96 孔/板，2 块板/盒（即192T/盒）； 3. 保存条件及有效期：2-8℃保存，防止冷冻，有效期为 12 个月。	盒	2	
合计				30033	