

采购需求

设备名称：全自动生化分析仪 数量：一台

1. 仪器类型：分立式；
- ★ 2. 分析速度：比色恒速 $\geq 400\text{T/H}$ ，选配 ISE 速度可达 600T/H ；
3. 最大可同时分析项目： ≥ 90 个；
4. 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)；
5. 多试剂支持：支持 1-4 种试剂的测试项目；
6. 样本位：100 个可扩展至 120；
- ★ 7. 最小样本加样量： $\leq 1.5\ \mu\text{L}$ ， $0.1\ \mu\text{L}$ 步进；
8. 试剂位： ≥ 90 个；
9. 试剂盘制冷温度： $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ ；
10. 试剂量： $10\ \mu\text{L}\sim 200\ \mu\text{L}$ ， $0.5\ \mu\text{L}$ 步进；
- ★ 11. 搅拌杆： ≥ 2 个，采用的步进电机搅拌方式，支持实时监控搅拌速度；
12. 反应杯位：93 个，光径 5mm；
13. 反应体积： $\leq 100\ \mu\text{L}$ ；
- ★ 14. 温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养，反应温度： $37^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ；
15. 比色杯清洗：自动 8 阶温水清洗；
16. 光学系统：全息凹面光栅后分光系统；
17. 波长： $340\sim 800\text{nm}$ ，12 个波长；
18. 吸光度线性范围： $0\sim 3.5\ \text{Abs}$ ；
19. 样品携带污染率： $\leq 0.05\%$ ；
- ★ 20. 支持 HbA1c 全血测试功能；
- ★ 21. 具有酶线性拓展功能；

- 22. 支持一个项目放置多套试剂；
- 23. 固定式条码扫描仪选配；
- 24. 电解质分析模块选配；
- 25. 系统：全中文操作界面；
- 26. 电脑要求：CPU 2.6G 及以上，硬盘 160G 及以上，内存 2G 及以上。