武威市人民医院药品冷藏柜采购项目

采购清单及技术参数要求

一、采购清单

设备名称	数量	备注
药品冷藏柜	4 组	双门

二、技术参数要求

1、药品冷藏柜：

- (1) 容积： $\geq 650\text{L}$ ；
- (2) 控温范围： $2^{\circ}\text{C}-8^{\circ}\text{C}$ ，湿度：35-75%RH；
- (3) 须提供第三方校验报告；
- (4) 具有电子温控系统；
- (5) 温度控制器具备 24 小时自动记录功能，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年及以上。

三、其他要求

- 1、免费保修期：药品冷藏柜免费保修 3 年，保修期内免费维修（包含维修费、人工费、配件费等）
- 2、本项目投标报价包括设备主机及附件货款、运输费、装卸费、安装调试费及免费保修期内的所有费用。
- 3、提供所投设备技术参数支持证明材料（包括产品说明书、检验检测报告、加盖生产厂家公章的彩页等。）不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持证明资料。