

采 购 需 求

设备名称：1.5T 磁共振（GE）

一、服务内容：维修更换 GE1.5T 磁共振梯度控制器 1 台。

二、服务要求：

1. 对维修设备备件提供全新维修备件。

2. 更换维修备件的质保期为 3 个月。

3. 故障响应时间：对用户在使用过程中出现的设备故障，接到报修通知做出快速反应最迟不超过 1 小时。在 1 小时内与客户取得联系给出解决问题的方案，并在 24 小时内到达现场进行维修、排除故障，不收取任何维修费用。

三、验收要求：服务商维修完毕后设备科及使用科室进行验收。