

古浪县海子滩镇中心卫生院全自动生化分析仪设备采购项目

需求明细

序号	名称	技术参数	数量	备注
1	全自动生化分析仪	1. 仪器类型：分立式； 2. 分析速度：比色恒速 $\geq 400\text{T/H}$ ，选配 ISE 速度可达 600T/H ； 3. 最大可同时分析项目： ≥ 90 个； 4. 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)； 5. 多试剂支持：支持 1-4 种试剂的测试项目； 6. 样本位：100 个可扩展至 120； 7. 最小样本加样量： $\leq 1.5\mu\text{L}$ ， $0.1\mu\text{L}$ 步进； 8. 试剂位： ≥ 90 个； 9. 试剂盘制冷温度： $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ ； 10. 试剂量： $10\mu\text{L}\sim 200\mu\text{L}$ ， $0.5\mu\text{L}$ 步进； 11. 搅拌杆： ≥ 2 个，采用的步进电机搅拌方式，支持实时监控搅拌速度； 12. 反应杯位：93 个，光径 5mm； 13. 反应体积： $\leq 100\mu\text{L}$ ； 14. 温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养，反应温度： $37^{\circ}\text{C}\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ； 15. 比色杯清洗：自动 8 阶温水清洗； 16. 光学系统：全息凹面光栅后分光系统； 17. 波长： $340\sim 800\text{nm}$ ，12 个波长； 18. 吸光度线性范围： $0\sim 3.5\text{ Abs}$ ； 19. 样品携带污染率： $\leq 0.05\%$ ； 20. 支持 HbA1c 全血测试功能； 21. 具有酶线性拓展功能； 22. 支持一个项目放置多套试剂； 23. 固定式条码扫描仪选配； 24. 电解质分析模块选配； 25. 系统：全中文操作界面； 26. 电脑要求：CPU 2.6G 及以上，硬盘 160G 及以上，内存 2G 及以上；	1 台	

注：

1、所有投标均以人民币报价为准。投标报价应包括项目所需货物、安装、检测、调试、保修、保险、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

2、中标人需将所有货物免费配送并安装到采购方指定地点。

3、供方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括装箱清单、产品合格证等。

4、供方应严格按照售后服务承诺书进行售后服务，含使用、维护等。

5、供方提供售后服务承诺：无偿提供 7 天 24 小时维修和技术支持，4 小时响应时间，12 小时到达现场。