

附件：

采购需求

一、采购清单

科室	名称	数量（单位）	质保期
普外一科	经口胆胰子镜直视系统（内窥镜图像处理器）	1 台	3 年

二、技术参数要求：

设备名称：经口胆胰子镜直视系统（内窥镜图像处理器）

1. 与电子内窥镜配套使用,用于将电子内窥镜采集到的图像进行处理后输送至自身触摸屏成像或者监视器成像，主机兼容性高，可匹配胆道镜、ERCP 镜等。
2. 兼容自身触摸屏，且可外连 12 寸-55 寸的监视器。
3. 具有白平衡功能，可自动校正白平衡，LED 亮度可 3 档调节，具有图像冻结功能，可创建动态图像的静止画面，电子变焦功能，可对图像进行 1.0 倍、1.5 倍、2.0 倍放，降噪功能通过图像处理校正噪点，具有拍照和录像功能，通过自身自带的 USB 接口，可连接 U 盘将所拍摄的照片以 jpg 格式保存，视频以 mp4 的格式保存；
4. 具有 WIFI 无线传输功能，无障碍条件下，无线传输距离 50m，允差(-10%)。
5. 主机自带电池，带载电池电量可连续工作时间大于 3 小时。
6. 内部电源额定电压:DC10.8V。

7. 电源适配器输入:100V-240V, 50Hz/60Hz, 1.2A-0.5A。

8. 主机输入:DC12V, 5A, 使用年限 10 年。

9. 免费送设备配套台车 1 台。

三、质保及售后服务要求:

1. 以上所有设备质保期:设备验收合格后 3 年(签订合同时提供生产厂家和供应商共同签署的质保承诺书,须有生产厂家和投标供应商法人或授权委托人签字并加盖公章),质保期内免费维修,终身维护。

2. 免费提供院方工程师的维修培训,培训内容包括设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养等。

3. 提供设备详细的说明书、操作手册等资料。