

礼县肖良乡卫生院老年科设备采购项目

目

阳光采购文件

项目编号：LXXLXWSY-20250918

招标人：礼县肖良乡卫生院

二〇二五年九月

目录

第一章 招标公告	
第二章 技术参数	
第三章 招标响应文件格式	
一、投标承诺书	
二、投标人基本情况.....	
三、报价一览表	
四、分项报价表.....	
五、法定代表人身份证明书	
六、法定代表人授权委托书	
七、资格证明材料	
八、其它材料.....	
九、评标办法.....	

第一章 招标公告

礼县肖良乡卫生院老年科设备采购项目招标公告

一、招标条件

礼县肖良乡卫生院老年科设备采购项目以邀请招标的方式进行采购，项目已具备招标条件。现对该项目采购在陇南市公共资源交易网“甘肃省阳光招标采购平台（陇南市）-限额以下采购项目阳光交易系统”进行招标。

二、项目概况及招标范围

1、招标编号：LXXLXWSY-20250918

2、采购内容：特定电磁波治疗器、荧光免疫定量分析仪等设备（详见附件）

3、项目最高限价：人民币陆万元整元整（¥60000.00元）

4、交货期：30日历天

5、评标方法：最低价中标法

6、招标方式：邀请招标

1、采购人通过陇南市公共资源交易网“甘肃省阳光招标采购平台”发布招标公告。

2、采购人将对各供应商上传的资格证明文件等资料进行综合评审，审核通过以后竞标企业进入网上竞价程序，按照低价优先的原则确定中标人，签发中标通知书。

3、根据相关规定，招标人分别邀请：陇南市汇康医疗器械销售有限公司、甘肃益鑫商贸有限公司、甘肃康九州商贸有限责任公司。

三、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商须提供合法有效含统一社会信用代码和二维码标识的法人营业执照副本复印件并加盖公章。复印件应原尺寸复印，确保二维码清晰可查；

3、提供法定代表人资格证明书、法定代表人身份证（法定代表人参与投标时提供）；或法定代表人授权委托书、被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）；

4、供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关

人员等的方可参加本项目的投标。截止时间前在“信用中国”网站 [www.creditchina.gov.cn]、中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]及“信用甘肃”网站 [www.gscredit.gov.cn]查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料）；

4、本项目不接受联合体参加；

四、本项目的特定资格要求：投标人须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

五、、招标报名上传及竞价时间：

1、报名时间：2025年9月18日下午16:30至2025年9月21日下午17:30开始报名及上传资格要求文件；

请参加投标者，请于2025年9月18日下午16:30至2025年9月21日下午17:30通过登陆陇南市公共资源交易网“甘肃省阳光招标采购平台（陇南市）-限额以下采购项目阳光交易系统”，网上报名完成后，并根据系统程序提示上传相应资格证明文件(加盖公章)。

2、网上报价时限及要求

1、通过资质审核的竞价程序的投标人须在2025年9月22日下午17时30分前提交报价，过时无效。

2、本次竞价各投标人仅限一轮报价，投标人提交报价时认真核算报价金额，不得高于招标控制价。

注：经业主方评审合格，通过评审的投标人提交报价金额，投标人应对报价及竞价负责，最终竞价为固定价，中标后不做递增或递减的调整。

六、结果公示

1、招标人将参照网上竞价结果，按照低价优先的原则确定中标人（如报价相同，则最先报价人中标）。

2、所有参与竞价的投标人，请将与阳光采购平台上传的内容一致的纸质版投标文件正本一份、副本一份（投标文件格式自拟，须胶装、签字并盖公章）、电子版U盘1份（word格式），于成交公示结束前送至礼县肖良乡卫生院；纸质版投标文件报价必须和网上竞价的价以及电子备份一致，否则视为无效投标；

七、联系方式：

招标人：礼县肖良乡卫生院

联系人：安梨生

联系方式：18794079834

礼县肖良乡卫生院

2025年9月18日

第二章 采购需求

一、技术要求

1、电动洗胃机

主要技术参数

1 流量：≥2L/min（口腔插管档）；≥1L/min（鼻腔插管档）

1 自控液量：冲液量：(250ml~350ml) /次；吸液量：(350ml~450ml) /次

注：吸液量大于冲液量，但不应大于 150ml/次

1 电源：~220V 50Hz

1 输入功率：110VA

1 噪音：≤65dB (A)

1 毛重：12.5kg 净重：10kg

1 外包装尺寸：49.5cm×43cm×34cm

1 外形尺寸：43cm×36cm×20.5cm

2、公共场所生命安全应急救援设备 AED 机参数要求

1. 机器自身具备便携把手，便于携带。重量 $\leq 2.6\text{kg}$ （含电极片和电池）便于公共场所携带使用。
2. 提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。
- ▲3. 不小于 7 英寸彩屏，屏幕分辨率不低于 780×480 ，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，心肺复苏（CPR）等操作，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。
4. 能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用。（提供所投产品的说明书佐证）
- ★5. 为保障产品先进性，本次所投产品必须为 2020 年以后上市机型且上市时间 ≥ 24 月，以产品注册证首次批准日期为准。（提供注册证佐证）
- ▲6. 智能环境降噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。（提供所投产品的说明书佐证）
7. 在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。
8. 除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。
- ★9. 能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达 360J 。（提供所投产品的说明书佐证）
10. 支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。
11. 工作温度范围：满足 $-5^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ，且从室温环境下进入 -20°C 环境后，至少能工作 60 分钟。
- ▲12. 具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。
13. 数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）等，可存储不少于 999 份自检报告。
- ▲14. 数据导出：支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据。（需提供说明书佐证）
- ▲15. 单副电极片出厂有效期 ≥ 60 个月（同品牌原厂电极片）。（提供电极片照片佐证）

- ★16. 为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的开关及按键数量 ≤ 3 个(包括功能按键和非功能按键)(提供主机实物图照片和使用说明书证明材料)
- 17. 为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示。
- 18. 具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全。

3、荧光免疫定量分析仪

技术要求：

1. 产地：原装生产配送，国内有 NMPA 等权威认证。
2. 规格型号：Q8 Pro。
3. 画面显示：15 英寸彩色液晶显示屏。
4. 仪器小巧，体积 416mm×395mm×404mm（长×宽×高）。
5. 便于运输和安装，裸机重量 18Kg。
6. 数据传输：可连接 LIS 系统。
7. 储存空间：可储存≥100000 条检测结果。
8. 打印模式：外接 USB 打印机，可自定义打印模板。
9. 样本类型：全血、血清、血浆。
10. 测试速度：≥120T/H。
11. 通道数：盘式 25 通道。
12. 检测模式：孵育检测。
13. 急诊功能：支持急诊申请。
14. 温度控制系统：具有孵育加热功能，提供稳定的检测环境。
15. 可配套厂家自主研发的 POCT 质量管理软件使用，方便用户的 POCT 质量管理。
16. 具有开机自检、断电保护、运行状态实时监控等功能。
17. 检测方法：干式免疫荧光法。
18. 配套检测项目有 NT-proBNP、BNP、cTnI、cTnT、hs-cTnI/CK-MB/Myo、cTnT/CK-MB/Myo、D-dimer、CRP、SAA、CRP/SAA、PCT、IL-6 等项目。
19. 检测时间：3-15 分钟内出检测结果。
20. 稳定的光电信号通路，光学 CV 值：<1%
21. 环境温度：10℃-30℃
22. 环境湿度：30%-85%
23. 使用期限/失效日期：5 年

4、特定电磁波治疗器

时间档位：0-60min 及长通

输入电压：a. c. 220V、50Hz

底座：五脚静音万向轮

输入功率：500VA

立柱升降范围：0-200mm

治疗头直径：208mm

俯仰角度：270°

辐射板直径：. 166mm

产品尺寸：540*700*1370mm

波长范围：2um-25um

定时方式：机械定时

活动臂伸缩范围：0-600mm

加热器使用寿命：2000H

安全类型：II类

防护等级：IP21

二、其他要求

1、投标报价：报价采用人民币报价,投标报价为总报价，包含人工工资、福利、社会保险费等招标文件要求的其他费用等。

2、交货期：合同签订后30天内。

3、货物资金付款说明

具体付款方式和比例根据合同签订条款约定

第三章 招标响应文件格式

一、投标承诺书

致：_____（采购人）：

根据贵方为_____（项目名称、采购文件编号）的要求，为杜绝商业欺诈和商业贿赂行为，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。
- 2、不向采购人、招标代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购人和采购代理机构提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、我公司招标响应文件中所提供的货物和服务的参数都如实描述，无任何虚假情况。
- 5、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 6、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 7、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 8、不与采购人、采购代理机构和采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 9、本报价有效期为自响应文件规定的提交响应文件截止之日起30个日历日。在报价有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。
- 10、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督，承担因违规违约行为给采购人造成的损失。

11、不发生其他有悖于政府采购公平、公正和诚信原则的行为。

以上承诺如有违反，自愿承担一切法律责任及后果。

投标人：_____（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签章）

日期：____年____月____日

二、投标人基本情况

1. 名称及概况:

(1) 投标人名称: _____

地址: _____

传真/电话号码: _____

邮政编码: _____

(2) 成立或注册日期: _____

(3) 注册号码: _____

(4) 法定代表人姓名: _____

2. 经营范围: _____

3. 近年营业额:

年度	总额

4. 近年该货物/服务主要客户的名称地址(可另附页):

(1) _____ (用户名称和地址) _____ (项目名称)

(2) _____ (用户名称和地址) _____ (项目名称)

5. 近年同类项目业绩:

序号	项目名称	合同总价(元)	采购单位联系电话	采购单位联系人

6. 开立基本账户银行的名称和地址：_____（提供注册地人民银行开户许可证复印件）

7. 其他情况：组织机构、技术力量。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人：_____（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签章）

日期：____年____月____日

三、报价一览表

项目信息	
项目编号	
项目名称	
投标单位名称	
投标报价	
大写(元)	
小写(元)	
交货期(天)	
交货地点	

备注：1. 投标报价须包括本项目所需一切费用，否则视为无效。

2. 报价须与《分项报价表》中的合计总价一致。

3. 只能按一种方案报价，否则视为无效。

投标人：_____（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签章）

日期：____年____月____日

四、分项报价表

格式自拟

五、法定代表人身份证明书

投标人名称： _____

统一信用代码： _____

注册地址： _____

成立时间： _____年_____月_____日

经营期限： _____

经营范围： _____

法定代表人姓名： _____

性别： _____ 年龄： _____ 系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件粘贴处

投标人： _____（签章）

日期： _____年_____月_____日

六、法定代表人授权委托书

(委托代理人参加投标时提供)

致 招标人 ：

本授权函声明：本人 (法定代表人姓名) 系 (投标人全称) 法定代表人，现任命 (被授权人姓名、职务、身份证号码) 为我公司的授权代表人，参与 项目名称 （ 招标编号：_____ ）投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之关的一切事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件加盖公章

附：被授权代表人身份证复印件加盖公章

投标人：_____（签章）

法定代表人：_____（签章）

被授权代表：_____（签章）

日期：_____年_____月_____日

七、资格证明材料

响应招标文件要求，格式自拟。

八、其它材料

供应商认为有必要提供的其它材料，内容、格式自行编写。

九、评标办法

评标办法

本次评标采用最低价中标法，即满足招标文件资格性、符合性、货物参数等要求前提下，以报价价格最低者确定中标投标人。

