

## 积石山县别藏乡卫生院高级全自动心肺复苏模拟人和全自动洗胃机 采购项目技术参数表

序号	名称	数量	单位
1	高级全自动心肺复苏模拟人	1	套
2	全自动洗胃机	1	台

### 一、高级全自动心肺复苏模拟人

- 1、模拟成年女性上半身和中等尺寸乳房，采用进口材质，皮肤柔软，手感真实。
- 2、可平铺于桌面进行演示教学。
- 3、配有布质松紧带，也可佩戴于胸前进行自我检查，长度和松紧度也自行调节。

### 二、全自动洗胃机

#### （一）特点：

- 1、自动洗胃机由气泵、控制管路、控制电路、机箱组成；
- 2、洗胃机采用压力传感器和计算机单板机控制，自动压力反馈，实时动态参数液晶显示，实现了洗胃的自动化；
- 3、中文液晶屏自动显示洗胃压力, 进出液量, 洗胃状态和洗胃次数；
- 4、进入洗胃状态后自动记录洗胃次数，且当洗胃次数达到设定的 洗胃次数时自动停机；
- 5、大通径管路进出，确保不会堵塞；
- 6、进、出胃压力、液量和洗胃次数可根据不同的患者需要任意预置设置；
- 7、全塑外壳，美观大方；
- 8、压力绝对值在 47kPa~67kPa 范围中；报警功能：进出胃压力绝对值 $\geq 0.065\text{MPa}$  时产生报警；
- 9、工作环境：温度： $+5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$  ，相对湿度：25 $^{\circ}\text{C}$  不超过 80%，大气压力：86KPa~106KPa。

#### （二）技术指标：

- 1、电源：AC220V $\pm 22\text{V}$ ，50Hz $\pm 1\text{Hz}$ ；
- 2、输入功率： $\leq 140\text{VA}$ ；
- 3、工作噪音： $\leq 60\text{dB(A)}$ ；
- 4、流量： $\geq 2\text{L/min}$ ；
- 5、进胃压力设置： $\leq 0.067\text{MPa}$  ；
- 6、出胃压力设置： $\geq -0.067\text{MPa}$  ；
- 7、进胃流量设置： $\leq 350\text{ml/次}$ ；
- 8、出胃流量设置： $\leq 450\text{ml/次}$ ；
- 9、进出胃时间： $\leq 30\text{s/次}$ 。

(三) 配置清单:

序号	名称	单位	数量
1	主机	1	台
2	药液管	1	根
3	排污管	1	根
4	进出胃导管	1	根
5	过渡接头	1	根
6	防尘堵 (药液过滤沉头)	1	只
7	熔丝管 (F2AL250V/ $\Phi$ 5 $\times$ 20)	2	只
8	电源线	1	根