

# 康乐县人民医院监护仪、消防泵、呼吸机等维修服务及水晶棺 采购项目技术参数表

包一：康乐县人民医院采购监护仪、耳镜脚踏及经颅多普勒血流分析仪维修服务。

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	监护仪维修	更换血压模块	套	1
2	耳鼻喉科耳镜脚踏维修	更换连接套件	套	1
3	心电中心经颅多普勒血流分析仪维修	更换探头	套	1
4	检验科高压锅维修	更换压力表	块	1
5	康复科神经肌肉电刺激仪维修	购置线缆	条	20
6	临床科室设备带配置气体终端	购置氧气终端 35 套	套	35
		购置负压终端	套	25

包二：康乐县人民医院手术床、自动门及消防泵等维修服务。

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	手术室	手术床控制板	台	1
2	消防泵维修	绕线圈，拆装	台	1
3	污水泵维修	绕线圈，换轴承及密封	台	1
4	洗衣机电机维修	绕线圈，换轴承，拆装	台	1
5	医技楼电视	维修换灯条	台	1
6	老年医学科电视	换电源主板	台	1
7	清洗茶炉（开水箱）	清洗陈年水垢	项	1

8	清洗茶炉（茶水锅炉）	清洗内胆水垢	项	1
---	------------	--------	---	---

包三：康乐县人民医院呼吸机、医疗电脑恒温电腊疗仪及体外冲击波治疗仪等维修服务。

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	呼吸机维修	系统故障维修	台	1
2	医疗电脑恒温电腊疗仪维修	更换控制器，泵，风扇	台	1
3	体外冲击波治疗仪维修	更换弹头弹道，更换电磁阀，更换密封组件及其他易损件，内部清洁保养。	台	1
4	彩超维修	硬盘更换，软件重装，烧写程序，恢复参数。	台	1

包四：康乐县人民医院采购水晶棺一口。

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	水晶棺	1. 整机外形尺寸:2100x700x1000mm 2. 制冷箱体外形尺寸:2100x700x300mm 3. 制冷箱体内径:1900x600x250mm16 4. 整机重量:120kg 5. 外壳材质:优质不锈钢板，厚度 1.0mm 6. 内胆:优质不锈钢板(压花铝板为定做) 7. 蒸发器:紫铜管 08mm 8. 冷凝器:网状冷凝器，工艺为 D 面 S 型，接触面大，制冷效率高。 9. 压缩机:双机制冷 10. 脚轮:万向聚酰胺(尼龙)脚轮，脚轮高:150mm 11. 保温层:采用聚氨酯，高压整体一次性发泡成型技术，密度高，保温效果好 12. 电气控制系统:电压区间:190-230V 电流: 2.4A 额定功率:500W 手自一体双控制系统: ①手动系统:自动控制系统无法正常工作时启动手动系统。 ②自动控制系统--无线 WIFI 物联网微电脑手机远程控制系统:集成手机远程控制、电脑控制、MP3 音响、电压、电流、温度显示、及彩灯控制于一体的高集成智能控制系统，具有操作简便、安全可靠、智能等特点。通电后机器自动开机，约五秒第一台压缩机启动，一分钟后第二台压缩机启动，按照设定温度工作，	口	1

		<p>13. 制冷方式:直冷 制冷标准:环境温度 35° C 时,空间温度达到:-15° C</p> <p>14. 绝缘强度:对地绝缘电阻大于等于 200 兆欧</p> <p>15. 散热方式:双风机散热</p> <p>16. 产品独特性:前后分体结构,便于搬运,使用方便。</p> <p>棺盖:</p> <p>17. 外形尺寸:2110x710x250mm。</p> <p>18. 材质:</p> <p>①PC 板:进口高亮度、高韧性 PC 板材,耐高温,耐低温;</p> <p>②棺盖框架:高强度、高韧性塑钢。</p> <p>19. 制作工艺:一次压模成型。</p> <p>20. 装饰效果:双层棺罩,高度透明,内设仿真鲜花,彩灯(LED)环绕。</p>		
--	--	---	--	--