

康乐县人民医院更换门诊楼 1 号电梯制动器、更换各病区窗户真空玻璃及文件柜玻璃、病房陪护椅、输液卡夹、核磁机故障维修、自动门维修、CT 机扫描床主控制板维修、绿化带围栏等维修焊接采购项目技术参数表

包一：康乐县人民医院采购门诊楼 1 号电梯制动器更换服务：

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	门诊楼 1 号电梯	更换阿尔法制动器	台	1

包二：康乐县人民医院采购各病区窗户双层真空玻璃及文件柜玻璃更换

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
1	各病区窗户双层真空玻璃更换	1. 框、扇材质：70 系列隔热断桥铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度：5 毫米十 15 毫米十 5 毫米，中空玻璃	m2	75	带拆除旧玻璃，安装新玻璃
2	各病区文件柜玻璃更换	1. 框、扇材质：铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度：单层玻璃	m2	9	

包三：康乐县人民医院病房陪护椅：

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
1	陪护椅	折叠陪护椅： 喷漆工艺：静电喷涂 扶手距地面：53cm 脚轮材质：直径 500mmABS 工程橡胶 两扶手间宽：72cm 拉开尺寸 190:72*53cm(长 x 宽 x 高) 坐垫距地面高度：40cm 折叠尺寸：75*72:*53cm(长 x 宽 x 高) 钢管厚度：1mm 坐垫宽：50cm 10. 填充物重体海绵厚度：4cm	套	200	椅、床两用； 优质无缝钢管，优质革面，优质重体海绵坐垫，实木喷漆扶手，美观大方，坚固耐用。

包四：康乐县人民医院采购输液卡夹、抽杆夹及档案袋等办公用品。

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	输液卡夹	A5	个	600
2	抽杆夹	横向	个	40
3	档案袋	A4	个	50
4	回形针	3#；100 只装	盒	100

5	订书针	24/6; 1000 装	盒	50
6	订书机	装订 2-25 张 80g 复印纸; 装钉数≤50 枚	个	10

包五：康乐县人民医院采购核磁机故障更换组件服务；

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	氦压机更换组件服务	1. 量程范围: -100KPa~0~250MPa 2. 供电电压: 8-32VAC 3. 使用温度: -20~70℃ 4. 测量介质: 高纯氦气 5. 过载能力: ≤150%FS 6. 温度漂移: ±0.02%FS/℃ 7. 稳定性能: ±0.1%FS/年	项	1

包六：康乐县人民医院采购自动门维修、空调维修及推车维修等。

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	自动门维修	维修自动门导向轮	根	2
2	空调维修	清理进风口, 加制冷剂	台	1
3	推车维修	推车万向轮	个	20
4	安装	750W 自吸泵	台	1
5	安装	电动闭门器重型 150	台	6
6	病床维修	维修病床	张	21
		床尾	个	1

包七：康乐县人民医院扫描床主控制板维修；

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	CT 机扫描床主控制板维修	1. 更换输入电流 24VDC 2. 更换主板电源至触摸开关和其他部件 24V DC 3. 更换主板模拟和数字逻辑电源 5V SC 4. 更换控制减速比例电磁阀 1 个 5. 更换控制升降电磁比例阀 3 个 6. 更换电源输出至日志, 时钟, c3.3V DC	1	项

包八：康乐县人民医院采购绿化带围栏等维修焊接服务；

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	维修断桥窗	125cm*60cm	扇	2
2	维修焊接院内撑线杆	125cm*9cm	根	1
3	维修焊接绿化带围栏	6m	米	6

4	维修更换平车轮胎	2.50-17 英寸	条	2
5	更换地弹簧	27cm*13cm	个	1
6	维修焊接玻璃门	220cm*80cm	扇	7
7	配卷闸门遥控器	6cm*3.5cm*1.5cm	个	2
8	维修更换板车轴承	4cm*1.2cm	个	8
9	维修焊接板车支架	120cm*80cm	辆	1
10	维修焊接断桥合页	9cm*4.6cm	副	20
11	维修焊接断桥窗传动杆	80cm*2cm	根	20
12	维修焊接拖把池	80cm*45cm*60cm	个	2
13	维修抢救车车轮	12.5cm*3.2cm*16cm	个	3