

朝那中心卫生院特色科室建设项目 设备采购



招 标 文 件

项目编号:GSJK-2024-24

招标单位:灵台县朝那中心卫生院

代理机构:甘肃俊凯工程咨询管理有限公司

目 录

第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	6
第三章 技术标准和要求.....	18
第四章 评标办法.....	20
第五章 政府采购合同.....	21
第六章 附件.....	25



第一章 招标公告

朝那中心卫生院特色科室建设项目设备 采购招标公告



一、招标条件

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《甘肃省2023—2024年政府集中采购目录和采购限额标准》的有关规定，甘肃俊凯工程咨询管理有限公司受灵台县朝那中心卫生院的委托，对“朝那中心卫生院特色科室建设项目设备采购”以公开招标的方式进行采购，欢迎各供应商前来响应投标。

二、项目基本情况

项目编号：GSJK-2024-24

项目名称：朝那中心卫生院特色科室建设项目设备采购。

预算金额：23.50万元。高于预算金额为无效投标。

评标办法：最低价中标法。

采购内容：计划采购相关医疗设备一批（具体参数及要求详见招标文件）。

采购要求：

（1）采购设备由中标方负责安装及调试，完成本项目需要的一切任务；

(2) 交接时间及地点：由中标方负责在合同约定期限内将设备运到采购人指定地方交接。运送过程中发生的运输、装卸等一切相关费用由供方负担；

(3) 投标人应在供货完成后对产品进行安装调试，安装调试完毕后按照国家相关标准验收；

交货期限：合同签订后20日内完成供货。

三、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，必须是中国境内注册的独立法人企业；

(1) 具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或具有统一社会信用代码的营业执照副本）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（具有与采购内容相符的经营范围，承认和履行采购文件中各项规定，有能力提供本次招标项目所要求的服务，并提供本次招标项目售后服务承诺）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供自本公告发布之日起在“中国裁判文书网”（<http://www.court.gov.cn/wenshu.html>）查询的行贿犯罪查询结果截图，并提供企业声明函原件）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、提供法定代表人资格证明（法定代表人参与投标时提供）；或附有法定代表人身份证复印件的法人授权函（非法定代表人参与投标时提供）；

3、投标人须为未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）

记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的有关人员等的方可参加本项目的投标。（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前天在“信用中国”网[www.creditchina.gov.cn]、中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

4、投标人须提供通过中国“中国裁判文书网”网站

（<http://wenshu.court.gov.cn/>）渠道查询无行贿犯罪结果（需显示查询时间，以网上查询结果打印并加盖单位公章为准，查询内容包含企业名称及企业法人）。

5、投标人是生产厂家的需具有医疗器械生产许可证；投标人是经销商或代理商的须具有医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证；

6、投标人应提交针对本项目完整的供货方案、售后服务方案等证明材料；

7、本项目不接受联合体投标。

四、报名及资质证明文件上传

1、请于2024年6月19日9时00分至2024年6月21日9时00分登录平凉市公共资源交易中心网站“政府采购限额以下项目阳光交易系统（平凉市）”投标并上传相应资格证明文件（PDF格式加盖公章）。

2、招标人对各投标人上传的资质证明文件进行审核，通过资格审查的投标人进行网上竞价，未按规定时限上传或内容不全者将不予通过。

五、网上报价时限及要求

1、通过资质审核的投标人请于2024年6月21日12时00分前提交报

价。

2、本次竞价各投标人仅限一轮报价，投标人提交报价时认真核算报价金额。

3、系统评标，以“最低价中标”确定中标人（如报价相同，则最先报价人中标）。

六、结果公示

1、采购人将按照网上竞价结果，认可系统评定低价优先的原则确定成交人，同时发布成交公示。

2、本次竞价完成后，投标人需纸质版投标文件正本1份、副本1份、电子版（word格式）U盘1份及光盘1份（PDF格式）送至甘肃俊凯工程咨询管理有限公司（灵台县世纪花园C区11-2号），纸质版必须和网上竞价的價格一致，逾期未送达者视为自动放弃，成交结果无效。

七、联系方式

招标人：灵台县朝那中心卫生院

地 址：灵台县朝那街道

联系人：李先生

电 话：0933-3681137

招标代理机构：甘肃俊凯工程咨询管理有限公司

地 址：灵台县世纪花园C区11-2号

联系人：李红丽

电 话：18893939733



第二章 投标人须知

须知前附表



条款号	条款名称	编列内容规定
1	项目名称	朝那中心卫生院特色科室建设项目设备采购
2	项目编号	GSJK-2024-24
3	招标人	招标人：灵台县朝那中心卫生院 地 址：灵台县朝那街道 联系人：李先生 电 话：0933-3681137
4	招标代理机构	招标代理机构：甘肃俊凯工程咨询管理有限公司 地 址：灵台县世纪花园C区11-2号 联系人：李红丽 电 话：18893939733
5	联合体形式	不接受
6	考察现场、标前答疑会	不组织
7	政府采购政策支持	适用
8	招标过程中可能实质性变动的内容	招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款
9	参加招标时应提供的资料	供应商资格要求全部资料。
10	构成招标文件的其他文件	对招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
11	付款方法和条件：	甲乙双方协商决定。
12	质量保证金金额	/

13	投标保证金	无
14	评审方法	系统自动竞价，“低价中标”原则。
15	资格审查	本项目投标人的资格条件在评审时进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其招标或招标资格被取消。
16	投标文件有效期	30日历天
17	签字盖章	必须合法有效
18	投标文件份数	纸质版:正本1份、副本1份; 电子版:U盘1份(word格式)、光盘1份(PDF格式); 纸质版、电子版投标文件报价必须和网上竞价的价格一致，否则将视为无效投标。
19	递交投标文件地点、 截止时间	地点: 甘肃俊凯工程咨询管理有限公司 (灵台县世纪花园C区11-2号) 截止时间: 2024年6月21日12时00分
20	投标人对招标文件 提出质疑的时间	投标人应在知其权益受到损害之日起 7 个工作日内对招标文件的内容提出质疑



一、总则

（一）招标方式

甘肃俊凯工程咨询管理有限公司受灵台县朝那中心卫生院的委托，对“朝那中心卫生院特色科室建设项目设备采购”进行公开招标。



（二）合格的投标人

1、合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供招标项目要求，进行项目相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2、合格的投标人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

3、合格的投标人应遵守中华人民共和国《招投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（三）适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）投标费用

1、投标人应自行承担所有与投标有关的费用。

2、在获取招标通知书前，中标供应商须在 3 个工作日内向代理机构支付代理服务费。

（五）招标文件的约束力

投标人一旦领取了本招标文件并参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件



（一）招标文件构成

- 1、招标公告；
- 2、投标人须知；
- 3、技术响应；
- 4、授予合同；
- 5、附件。

投标人自行领取招标文件后，仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与代理机构联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，代理机构不承担责任。

（二）招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标时间 7 日之前按公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知代理机构，代理机构对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

（三）招标文件的修改

1、在招标截止日期前，无论出于何种原因，代理机构均可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

2、招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于 3 个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3、如招标文件有修改，为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，代理机构将推迟招标截止日期和招标时间。并将此变更书面通

知所有购买招标文件的投标人。

4、代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。



三、投标文件的编制

(一) 投标文件的编制要求

1、投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

2、投标人提交的投标文件应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

3、投标文件所使用的度量衡单位，除技术性能中另有规定外，一律使用公制计量单位。

(二) 投标文件构成

3、 报价文件（见附件）

(1) 投标函；

(2) 报价一览表、报价明细表（见附件）；

(3) 技术偏离表。

2、 供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，必须是中国境内注册的独立法人企业；

(1) 具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或具有统一社会信用代码的营业执照副本）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；



(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（具有与采购内容相符的经营范围，承认和履行采购文件中各项规定，有能力提供本次招标项目所要求的服务，并提供本次招标项目售后服务承诺）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供自本公告发布之日起在“中国裁判文书网

（<http://www.court.gov.cn/wenshu.html>）”查询的行贿犯罪查询结果截图，并提供企业声明函原件）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、提供法定代表人资格证明（法定代表人参与投标时提供）；或附有法定代表人身份证复印件的法人授权函（非法定代表人参与投标时提供）；

3、投标人须为未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的有关人员等的方可参加本项目的投标。（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网[www.creditchina.gov.cn]、中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

4、投标人须提供通过中国“中国裁判文书网”网站（<http://wenshu.court.gov.cn/>）渠道查询无行贿犯罪结果（需显示查询时间，以网上查询结果打印并加盖单位公章为准，查询内容包含企业名称及企业法人）。

5、投标人是生产厂家的需具有医疗器械生产许可证；投标人是经销商或代理商的须具有医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证；

6、投标人应提交针对本项目完整的供货方案、售后服务方案等证明材料

7、本项目不接受联合体投标。

（三）投标文件格式

投标人应按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、投标报价一览表等材料。



（四）投标报价

1、投标单位报价应包括：完成该项目的产品成本、利润、税金、运输费、上下力费、风险费、政策性文件规定费用、招标代理费及其他费用等所有费用。

2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终招标，单价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。

（五）投标保证金

无

（六）投标有效期

1、投标有效期为投标人提交投标文件截止之日起30日历天。

2、在特殊情况下，代理机构在原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，投标保证金应尽快退回，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第五条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

（七）投标文件份数和签署

1、投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，投标文件包括：正本一份，副本两份。

2、投标文件的正本和副本均需打印，必须由投标人法人代表或经授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须有法人代表以书面形式出具的“授权书”（附件二）附在投标文件中。

3、除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

招标人名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

联系方式：

地址：

在 年 月 日 时 分前不得开启。

（二）投标文件递交截止日期及方式

1、所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定地点。

2、代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（三）迟交的投标文件

代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后送达的任何投标文件。

（四）投标文件的修改和撤回

招标投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以

补充、修改或者撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。



五、无效标、废标条件

（一）无效标

- 1、标书出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；
- 2、其它招标小组认为有必要取消的投标；
- 3、投标人不参加招标仪式及质询事宜的；
- 4、法律、法规规定的其他情况。

（二）废标条款

- 1、出现影响招标公正的违法、违规行为的；
- 2、投标人的报价均超过了预算，招标人不能支付的；
- 3、因重大变故，招标任务取消的。

（三）取消中标候选人资格条款

- 1、提供虚假材料谋取招标的；
- 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- 3、与招标人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；
- 4、向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5、法律、法规规定的其他情况。

六、招标程序及最终报价

（一）评标原则

“公开、公平、公正、择优、效益”为本次招标的基本原则，招标小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。

（二）评标程序

各投标人资格审查符合招标文件要求并通过，系统按照网上竞价结果，认可系统评定低价优先的原则确定成交人。



七、评标办法

本项目采用经评审的最低评标价法，即在能满足招标文件的实质性要求的投标文件中，选择经评审的最低投标价格（如报价相同，则最先报价人中标）的投标人为中标方。

八、中标及合同签订

（一）中标人

根据评标小组对各投标人的投标情况评审，以经评审的最低投标价格（如报价相同，则最先报价人中标）的投标人为中标人。

（二）资格后审

1、招标人将在签订合同前对招标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、招标人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，并予以处罚。

3、如果投标人被确认为不具备执行合同的能力，其投标将被拒绝。在此情况下，招标人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

（三）中标通知书

1、招标结果在指定信息媒体上发布公告后，招标代理机构将向中标方出具中标通知书。

2、中标方应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

（四）签订合同

中标方应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标方的投标文件以及招标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

中标方无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，并按相关法律法规规定处理。

（五）签订合同后变更数量的权利

招标人应按照招标价格签订合同，如有需要追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经有关部门审批，可以与中标人签订补充合同，但增加幅度不超过中标金额的 10%。

（六）履约保证金和招标代理费

1、中标方在评标结果公示后三日内，需向招标代理机构提交招标代理费。

2、如果中标人没有履行本条第1项，招标人有充分理由取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，将授予下一个中标候选人为中标方或重新招标。

九、质疑与投诉

（一）质疑与投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

2、质疑函的必备内容

(1)投标人提交的质疑函必须注明单位名称、详细地址、可供查询的单位和法定代表人的电话号码；

(2)所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

(3)提起质疑的日期；

(4)质疑函须加盖单位公章和法定代表人或被授权委托人签盖。





3、质疑应符合下列条件：

- (1)质疑人是参与所质疑项目的投标人；
- (2)质疑函内容符合相关的规定；
- (3)在规定的有效期限内提起质疑；
- (4)国务院财政部门规定的其他条件。

4、代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、提出质疑的投标人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

第三章 技术标准和要求

参数及标准要求



序号	设备名称	相关参数及标准要求	单位	数量
1	多功能训练器（8 件组合）	外形尺寸（长×宽×高）：3170mm×2450mm×2390mm	套	1
2	训练用阶梯（双向）	外形尺寸（长×宽×高）：3320mm×800mm×1360mm 梯面高度：100mm、120mm 扶手高度调节范围：0~310mm 阶梯踏板安全工作载荷：100 kg	件	1
3	平行杠（配矫正板）	外形尺寸（长×宽×高）：3350mm×855mm×780mm	套	1
4	智能下肢关节康复器	01. 无极手动调速、手动机械定位。 02. 康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm。 03. 康复器的调节范围： a) 大小腿支架之间的夹角（ α ）运动最大变化范围不小于125° b) 脚托板前后翻转角落（ β ）变化范围应不小于40°，左右移动角度（ γ ）变化范围应不小于40°。 04. 康复器额定载荷为200N, 在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。 05. 康复器整机工作噪音应不大于65dB。 06. 康复器腿支架夹角（ α ）的角速度调范围：最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并连续可调。 07. 康复器在于200N 荷载下可连续工作时间大于2h。 08. 康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展运动（ α 向180°运动）。 09. 康复器开机先出现伸展运动，即大小腿支架之间的夹角（ α ）向180°运动（伸展位置）。 10. 康复器输入功率为70VA。	台	1

5	CPM 上肢关节康复器	01. 微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长。 02. 微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口 CPU 中央处理器，智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。 03. LCD 液晶显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。 04. 同一机器可以使用于患者的肩或肘关节，活动范围适应性增大，在一般适用于成人的同时，也适用于一般儿童。充分考虑了医疗治疗需要。 05. 肩或肘关节运动转换方便，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节在垂直平面内的活动，也适用于患者的左、右肘关节的被动运动。 06. 采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。 07. 关节角度活动范围：0° —150° ； 08. 关节角度变化速度范围：0.5° —3° /s； 09. 电源：220Vac±10%，50Hz； 10. 功耗：≤60W。	台	1
6	电磁波谱治疗仪（频谱治疗仪）	产品规格：尺寸不小于 70*38*40cm，含底座		4
7	红外线治疗器	立式带滑轮可移动，20cm 大灯头，电子定时，可见红光		6
8	超声治疗仪	AC220V、50Hz， 功率小于 60VA840KHz ± 5%脉冲调制波，不少于 5 个常用处方单通道输出	台	1
9	多功能按摩椅		台	2
10	康复评定器	含关节尺（大小号），叩诊锤、角度尺、电子量角器、指关节量角器等	套	2
11	医疗污水净化器	自吸式臭氧发生器，80L/H, 1 托 3 以上	台	2



12	立式压力蒸汽灭菌器	灭菌有效容积 50L 最高工作压力 0.22MPa 最高工作温度 134℃ 热均匀度 $\leq \pm 1^\circ\text{C}$ 计时控制范围 0~99min 或 0~99hour59min 压力温度控制范围 105~134℃ 功率 / 电源电压 3000W / AC220V. 50Hz 产品特性 设有排放冷气、灭菌、计时、排 汽、干燥、报警自动功能 安全特能 断水过热保护、电流过载自动切 断、超压自动释放 内压大于 0.027MPa 时门不能打开，具有自锁 功能外形尺寸 510×470×1130 (mm) 运输体积 590×590×1280 (mm) 重量 毛重 88Kg, 净重 68Kg	台	1
13	蒸汽灭菌器	23L, 带封口机和蒸馏水机	台	1
14	耳鼻喉科综合治疗台	含内窥镜检查系统 耳鼻喉综合治疗台-1 台 全自动病人椅-1 个 医生椅-1 个 电脑-1 个 打印机-1 个 耳镜-1 个 鼻镜-1 个 喉镜-1 个 冷光源-1 个 摄像机-1 个 监视器-1 个 导光束-1 个 移动台车-1 个	套	1
15	裂隙灯显微镜	体视观察角: 0° 或 45° 两种 显微镜总倍率: 10x 20x 可定制 30x 屈光调节范围: $-5\text{D} \sim +5\text{D}$ 瞳距调节范围: 55mm-75mm 工作距离: 105mm 裂隙宽度: 0-10mm 连续可调 光斑直径: $\phi 0.2 \phi 1 \phi 2 \phi 4 \phi 6 \phi 8 \phi 10$ 裂隙角度: 360° 任意旋转 裂隙倾角: 仰角 $0-20^\circ$ 左右 $-6^\circ \sim +6^\circ$	台	1
16	便携式检眼镜	曼哈特成像处理技术, 3D 自动追踪对焦测量, 角膜曲率测量功能, 液晶显示屏, 自动热敏打印, 含升降台	套	2
17	液晶视力表	23 英寸		1
18	标准对数近视力表	LED 充电式, 双面对标, 尺寸不小于 210*120*15CM		2



19	心理健康咨询室设备	心理健康自助仪（32 寸显示屏）1 台，呐喊击打组合 1 套，	套	1
20	轮椅	符合 GB/T13800. 2-2009 标准		2
21	拐杖	符合 Q/NBCY-YXG-2023 标准或相关标准	套（含小、中、大型号各 1 个）	3
22	双轮助行器	符合 GB/T14728. 2-2008 标准		2
23	候诊输液椅	标准尺寸，加厚钢管，优质 PU，含输液杆		15

采购预算金额：

项目预算价为23.50万元；投标人投标报价高于预算价的为无效投标。

采购要求：

- （1）采购设备由中标方负责安装及调试，完成本项目需要的一切任务；
- （2）交接时间及地点：由中标方负责在合同约定期限内将设备运到采购人指定地方交接。运送过程中发生的运输、装卸等一切相关费用由供方负担；
- （3）投标人应在供货完成后对产品进行安装调试，安装调试完毕后按照国家相关标准验收；

交货期限：合同签订后20日内完成供货。



第四章 评标办法

本项目采用经评审的最低评标价法，即在能满足招标文件的实质性要求的投标文件中，选择经评审的最低投标价格（如报价相同，则最先报价人中标）的投标人为中标方。

中标及合同签订

中标人根据评标小组对各投标人的投标情况评审，以经评审的最低投标价格（如报价相同，则最先报价人中标）的投标人为中标人。

招标人将在签订合同前对招标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

招标人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，并予以处罚。

如果投标人被确认为不具备执行合同的能力，其投标将被拒绝。在此情况下，招标人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

第五章 政府采购合同



朝那中心卫生院特色科室建设项目设备采购

政府采购合同

（合同模板仅供参考，具体内容甲乙双方商定后补充说明。）

项目编号：

合同编号：

采购单位：

供应商：

代理机构：



采购人：（以下简称甲方）

供应商：（以下简称乙方）

招标代理机构：（以下简称第三方）

受灵台县朝那中心卫生院的委托,依据对“朝那中心卫生院特色科室建设项目设备采购”【招标编号：GSJK-2024-24】的招标结果，甲乙双方协商一致，在第三方的监督下，签订本合同。

一、合同编号：_____ / _____

二、签订地点：灵台县朝那中心卫生院

三、签订时间： 年 月 日

四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及朝那中心卫生院特色科室建设项目设备采购招标文件的规定，甲、乙双方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、规格、数量等信息详见供货一览表。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务、招标代理费等全部费用，价格一次确定不再变更。

五、招标文件，投标文件，中标结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与投标文件和中标结果表不一致时，以投标文件和中标结果表为准。

附：供货一览表

序号	名称	品牌、型号、规格参数	产地	数量	单价（元）	总价（元）
1						
2						
...						
合 计		大写：				

六、合同金额

大写：_____（¥_____元）



七、一般条款：

1、乙方所提供的货物符合国家现行有效标准，因质量问题而发生的任何损失由乙方负责。

2、乙方承担交货前的一切责任和费用。

3、甲方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供乙方负责。

4、乙方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册（使用说明）、装箱清单、产品合格证等。

5、合同签定后，乙方按甲方指定的地点供货，无质量问题，乙方向甲方开具正式发票（完税价）并提供完整的报账资料，甲方向乙方付款。

6、乙方凭合同向甲方供货，未见合同供货而造成的一切后果由乙方负责。

7、违约责任：乙方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给甲方带来的损失由乙方负责。政府采购中心将根据乙方实际违约情况没收其履约保证金，且上缴国库。情节严重的，将取消乙方参加灵台县政府采购的资格。

8、质量验收：

（1）依据中华人民共和国对应货物的行业标准、规范，质量规格参数，乙方提供本项目所有货物出厂合格证和第三方产品检验报告。验收过程中若发现不符合招标文件规格、参数要求的货物，乙方须进行无条件更换、重新配送，不予积极配合处理者将视为验收不合格。

（2）到货验收甲方应当在所有货物供完后7个工作日内完成，逾期视为验收合格。

（3）甲方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后当日给予答复，并负责处理。发现货物质量严重不符合质量要求的，甲方可通知乙方停止供货，解除合同。

八、交货时间、交货地点和验收单位：

1、交货时间：合同签订后20日内供齐全部货物。

2、交货地点：甲方指定的交货地点

3、验收单位：灵台县朝那中心卫生院、供应商及甘肃俊凯工程咨询管理有限公司。

九、经济责任：

（一）乙方责任：

（1）乙方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，甲方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，乙方须向甲方支付拒收货物价款总额____%的违约金。

（2）货物质量不符合合同规定时，甲方同意利用的按质论价，不能利用的，乙方负责包退

包换。由于上述原因导致延误时间的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的___%向甲方偿付违约金。

(3) 乙方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，乙方必须向甲方支付逾期交货部分货物总额___%的违约金。逾期交货超过20日，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。

(4) 乙方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的10%时，视为整批货物不合格。

(二) 甲方责任

甲方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向乙方支付退货部分货款总额___%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

十、合同解释：

如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

十一、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十二、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十三、本合同一式肆份，经甲乙双方和甘肃俊凯工程咨询管理有限公司签字盖章后生效，甲方贰份，乙方及甘肃俊凯工程咨询管理有限公司各壹份，均具有同等法律效力。

甲 方： 单位名称：（章） 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码：	乙 方： 单位名称：（章） 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码：
采购代理机构：甘肃俊凯工程咨询管理有限公司 单位名称：（章） 地 址：灵台县世纪花园C区11-2号 法定代表人： 委托代理人（负责人）： 电 话： 邮政编码：	

第六章 附件



附件一：投 标 函

投 标 函

_____（招标人）：

经研究，我们决定参加_____的招标活动并投标，
为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方提交投标文件，正本1份，副本1份；

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每
项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人
的权利；

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的
规定，自觉履行自己的全部责任；

五、我们同意按招标文件的规定交纳投标保证金、履约保证金、中
标服务费，遵守贵方有关招标的各项规定；

六、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为 30 天。

投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法定代表人授权代理人（签字或盖章）：

单位开户行：

基本户账号：

日 期：

附件二：法定代表人授权委托书



法定代表人授权委托书

招标人：

单位名称法定代表人授权我单位（职务及职位）_____（姓名）

为我单位本次授权代理人，全权处理此次_____项目招标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

日期：

附件三：报价 一 览 表

报价 一 览 表



项目名称	
投标总价	¥: _____ 人民币（大写）： ____佰____拾____万____仟____佰____拾____圆____角____分
工 期	_____天
备 注	我单位承诺严格按招标人要求且达到国家验收标准。

投标人公章：_____投标代表签字：_____

日期：

注：供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写。

附件四：报价明细表

报价明细表



序号	采购内容	采购要求	单价（元）	单位	供货期	金额（元）

注：投标人应根据清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

供应商公章：_____ 投标代表签字：_____

附件五：技术偏离表

技术偏离表

投标人必须清楚地指明所投货物、设备是否满足招标文件中提出的每一项技术要求。偏离的指标及配置须用黑体加粗字体显示。



序号	货物、设备名称	招标文件提出的技术参数、规格、配置及相关技术要求	投标货物、设备的技术参数、规格、配置及相关技术要求	技术支持材料	符合/正偏离/负偏离
				见投标文件第__页	
				见投标文件第__页	
				见投标文件第__页	
				见投标文件第__页	
				见投标文件第__页	
				见投标文件第__页	
				见投标文件第__页	

注：1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指性能指标高于招标文件的要求；“负偏离”指性能指标低于招标文件的要求。

2、在投标文件“技术要求偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。在合同执行过程中，承包方必须无条件的满足招标文件的技术要求。

3、投标人必须如实填写技术偏离表，如果虚假响应，其投标保证金将不再退还。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人：盖章

年 月 日

附件六：后服务承诺书。

附件七：投标人认为需要提供的其他资料。

