

技术参数



一、特性:

- 1, 采用进口水气管线
- 2, 进口电磁阀
- 3, 进口电机
- 4, 无缝卫生椅垫
- 5, 反射 LED 口腔灯
- 6, 活动式双扶手
- 7, 合金脚医生座椅
- 8, 双开门主机箱, 便于检修

二。技术参数及标准配置

水压：0.2~0.4MPa

气压： $\geq 50\text{L/MPa}$

气体流量： $\geq 50\text{L/min}$

环境条件：通风良好的室内环境下使用

环境温度： $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$

相对湿度： $\leq 80\%$

1、基本参数

电源：AC220V，50Hz

输入功率 1000W

2、牙科椅

座垫面离地面高度：最低 $\leq 430\text{mm}$ ，最高 $\geq 720\text{mm}$

头枕运动度 伸缩长度小于 120mm，前倾角度 20° ，后倾角度 40°

靠背后倾范围： $110^{\circ}\sim 170^{\circ}$

牙科椅长度：1900mm

椅位升降速度 $\geq 15\text{mm/min}$

椅位载重量 $\geq 135\text{KG}$

3、治疗机

高速涡轮手机转速： $\geq 300000\text{r/min}$

低速气马达手机转速： $\geq 14000\text{r/min}$

口腔灯：8000-15000Lux；色温 3000-5000K

漱口水温度： $35\sim 45^{\circ}$

吸唾器：抽水速率 $\geq 400\text{ml/min}$

痰盂下水速度 $\geq 1000\text{ml/min}$

器械盘：最大载重量是倾斜度 $\leq 3^{\circ}$

4、标准配置

意大利进口电磁阀

丹麦 linak 电机

美国进口水气管

LED 反射感应口腔灯

双扶手

新工具盘带硅胶垫

PU 无缝椅垫

新款强弱吸过滤装置

自动供水

纯净水系统

6 功能豪华脚踏

带副控

可旋转陶瓷痰盂

合金脚大靠背医生座椅

7. 牙科综合治疗机

包含（两高一低手机，手机油，蓝野压片X射线机，啄木鸟超声洁牙机，啄木鸟光固化机，协成真空压力灭菌器，啄木鸟根管治疗仪，啄木鸟根管长度测量仪，天津峻成南韩打磨机，贝利福压缩机）