

甘州区甘浚镇中心卫生院十二道心电图机
电解质分析仪等设备购置项目

招标文件

项目编号：GSHS2025-005

采 购 人：甘州区甘浚镇中心卫生院

代理机构：甘肃汇晟工程咨询有限公司

二〇二五年二月

目 录

第一章 投标邀请函	3
投标邀请函	4
第二章 投标人须知	7
投标人须知前附表	8
第三章 采购要求	11
第四章 投标文件格式	19
一、投标函	21
二、法定代表人身份证明	22
三、法定代表人授权委托书	23
四、开标一览表	24
五、投标报价明细表	25
六、供应商一般情况表	26
七、质量保证承诺	28
八、售后服务保证措施承诺	29
九、其它商务及技术证明材料（格式自行设计）	30
十、未被列入失信记录书面声明	31
十一、无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明	32
十二、虚假应标承担责任声明	33
十三、附 件	34
第五章 拟签订的合同文本	35

第一章 投标邀请函

投标邀请函

根据《张掖市人民政府办公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》（张政办发【2018】204号）中“对国家规模标准以下的工程建设项目、政府采购协议供货和《政府集中采购目录和采购限额标准》规定的限额以下政府采购项目，通过张掖市阳光招标采购平台进行交易”的规定，甘州区甘浚镇中心卫生院十二道心电图机电解质分析仪等设备购置项目已由相关部门批准实施，现已具备招标条件，在“甘肃省阳光招标采购平台（张掖市）”发布邀请招标公告，实现竞价招标，择优选定供应商。

一、采购内容：甘州区甘浚镇中心卫生院十二道心电图机电解质分析仪等设备购置（具体参数详见招标文件）

序号	名称	单位	数量	备注
1	十二道心电图机	台	1	
2	电解质分析仪	台	1	
3	尿液分析仪（含软件系统）	台	1	
4	立式灭菌器	台	1	
5	双通道注射泵	台	2	

二、采购预算：陆万叁仟元整（小写：63000元）

三、资金来源：单位自筹

四、供货期限：15日历天

五、采购要求：质量符合合格要求

六、对投标申请人的要求及投标人提供的资料：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，承认和履行招标文件中的各项要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;

(六) 法律、行政法规规定的其他条件;

2. 供应商须提供合法有效的含社会统一信用代码和二维码标识的营业执照副本复印件并加盖公章, 确保二维码清晰可查;

3. 供应商须提供法定代表人资格证明、身份证(法定代表人参与投标时提供), 提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函, 被授权人身份证(非法定代表人参与投标时提供);

4. 供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 信用服务中“失信被执行人查询”及“重大税收违法案件查询”及“政府采购严重违法失信名单”查询名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间, 方可参加本项目的投标。(自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]及中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料), 供应商提供以上查询记录最终由资格审查小组对各供应商信用记录进行甄别;

5. 供应商须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》;

6. 投标人认为有必要提供的其他证明文件。(注: 以上资料上传须加盖单位公章)

7. 本项目不接受联合体投标。

注: 投标人需按照附件资料中的招标文件规定格式, 用 A4 规格纸复印件加盖公章并装订成册(一式三份), 编制目录和页码, 在竞价结束后一个工作日提交至采购人。

供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标, 不能满足采购需求的, 中标无效, 给采购人造成损失的, 依法承担赔偿责任; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。参与竞价各供应商应如实慎重填写所报价格, 错误填写报价者所有后果由供

应商自行负责，竞价结束后以在系统报价结果为准。成交供应商无故拒不履行竞价结果造成延误采购的将视为违约，采购人将依法追究责任，追偿实际损失，并列入政府采购严重违法失信行为信息记录。经采购人同意后，将重新组织竞价。

七、竞价时间、地点及具体参与方式：

1. 竞价时间（公告、报名、竞价时间一致）： 2025 年 2 月 13 日 09 时 00 分至 2025 年 2 月 17 日 17 时 00 分；（时间以互联网服务器时间为准，不以竞价者使用终端显示时间为依据，须于竞价结束时间 30 分钟前完成上传资质审核提交，否则后果自行承担）。

2. 竞价方式：根据采购人提供的采购项目预算价进行报价，所报价格必须低于采购方采购预算价。

3. 竞价地点：甘肃省阳光招标采购平台（张掖市）（<http://49.4.79.138:1020/f/index>），具体操作下载限额以下项目阳光交易系统用户手册。

八、采购项目联系人及招标代理机构

1. 采购人：甘州区甘浚镇中心卫生院

联系人：蒋 昆 电 话：18093608710

2. 代理机构：甘肃汇晟工程咨询有限公司

联系人：王 娜 电 话：15379751185

甘肃汇晟工程咨询有限公司

2025 年 2 月 12 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	名称	内容
1	采购人	名 称：甘州区甘浚镇中心卫生院 联系人：蒋 昆 电 话：18093608710
2	招标代理 机构	名 称：甘肃汇晟工程咨询有限公司 联系人：王 娜 电 话：15379751185
3	项目名称	甘州区甘浚镇中心卫生院十二道心电图机电解质分析仪等设备购置 项目
4	采购内容	甘州区甘浚镇中心卫生院十二道心电图机电解质分析仪等设备购置 (具体参数详见招标文件)
5	资金来源	单位自筹
6	采购预算：	陆万叁仟元整（小写：63000 元） 注：超过采购预算的投标为无效投标。
7	采购资金的 支付方式	支付方式：合同约定
8	投标人资质 要求	1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，承认和履行招标文件中的各项要求： (一) 具有独立承担民事责任的能力； (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (六) 法律、行政法规规定的其他条件；

		<p>2. 供应商须提供合法有效的含社会统一信用代码和二维码标识的营业执照副本复印件并加盖公章，确保二维码清晰可查；</p> <p>3. 供应商须提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供），提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）；</p> <p>4. 供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务中“失信被执行人查询”及“重大税收违法案件查询”及“政府采购严重违法失信名单”查询名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，方可参加本项目的投标。（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]及中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料），供应商提供以上查询记录最终由资格审查小组对各供应商信用记录进行甄别；</p> <p>5. 供应商须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；</p> <p>6. 投标人认为有必要提供的其他证明文件。</p> <p>7. 本项目不接受联合体投标。</p> <p>（注：以上资料上传时须加盖单位公章）</p>
9	招标方式	本次采购采用 邀请招标 方式。
10	评分办法	具体内容见限额以下项目阳光交易系统用户手册
11	质量标准	质量合格符合要求
12	投标文件份数	投标文件应用 A4 规格纸复印件加盖公章并装订成册（一式三份），编制目录和页码，在竞价结束后一个工作日提交至采购人。

13	竞价时间	竞价时间（公告、 报名、竞价时间一致） <u>2025</u> 年 <u>2</u> 月 <u>13</u> 日 <u>09</u> 时 <u>00</u> 分至 <u>2025</u> 年 <u>2</u> 月 <u>17</u> 日 <u>17</u> 时 <u>00</u> 分；
14	拟成交人的确定	经甘肃省阳光招标采购平台（张掖市）报价最低的供应商为拟成交供应商。
15	成交公告	最终确定的成交结果，将在甘肃省阳光招标采购平台（张掖市）予以公告。
16	其他	本项目招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时支付。

第三章 采购要求

一、十二道心电图机

1.产品性能特点

1.1. 12 导联同步心电采集；

*1.2. 7 寸高清彩色液晶显示屏，全触摸操作，12 导联同屏显示；

*1.3. 全键盘中文输入（拼音输入法和五笔输入可选），可输入病人的 ID 号、姓名、性别、年龄、身高、体重、血压等信息；

1.4. 配备高速高灵敏度热点记录系统，具有打印描迹深浅调节功，兼容 210mm, 215mm 和 216mm 宽的记录纸；

1.5. 具有实时心电波形冻结功能，便于抓取病人重要心电波形；

1.6. 精确的心电图自动诊断功能，内置常见的心律失常病例，供用户参考；

1.7. 精确的心电图自动诊断功能，具有心率超限报警功能，并自由设置是否打印测量分析报告；

*1.8. 心电图机可以直接输出 JPG 格式的心电报告，方便上传网络或医院信息系统

*1.9. 大容量机身存储（500 例），可直接外插 U 盘/SD 卡扩充存储空间，随时实现历史数据的存储，回放和打印，另外可以通过 U 盘/SD 卡在电脑上直接导出心电数据，并进行心电数据的分析，诊断，存储与打印，方便建立患者档案并节约打印耗材

1.10. 单通道/3 通道/（3+R）通道/（3+II+V5）通道/双列 6 通道/单列 6 通道/双列 12 通道/单列通道八种心电显示组合模式；

1.11. 3 通道/（3+R）通道/（3+II+V5）通道/ 6 通道/（6+R）通道/12 通道六种心电记录组合模式；

1.12. 手动、自动、节律、体检等多种操作模式；

1.13. 具有 RS232 通讯接口、USB 接口和 LAN 网络接口；

1.14. 内置大容量锂离子可充电电池，可连续工作 24 小时，打印 1000 份心电报告；

1.15. 具有屏幕保护及长时间不用自动关机功能；

1.16. 具有导联脱落检测功能，具有缺纸检测提示功能；

1.17. 设计美观，便携式隐藏手柄设计，方便携带；

1.18. 宽电源设计，适应 110-230，50/60Hz 交流电源。

2.技术参数

共模抑制比	$\geq 100\text{dB}$	校准电压	$1\text{mV} \pm 3\%$
输入回路	浮地，防除颤	耐极化电压	$\pm 500\text{mV}$
输入回路电流	$\leq 0.1\mu\text{A}$	时间常数	$> 3.2\text{s}$
采样率	≥ 8000 样/秒	频率响应	$0.05\text{Hz} \sim 150\text{Hz}$
操作模式	手动/自动/节律	噪声电平	$\leq 15\mu\text{V}_{\text{p-p}}$
滤波	工频滤波，肌电滤波	最小检测信号	$\leq 20\mu\text{V}$
漂移滤波	抗漂移系统	走纸速度	$12.5, 25, 50\text{mm/s} (\pm 3\%)$
输入阻抗	$> 50\text{M}\Omega$	灵敏度	$5, 10, 20\text{mm/mV}$
病人漏电流	$< 10\mu\text{A}$	记录	高分辨热敏打印
保险丝规格	T1.6A 250V $\varnothing 5 \times 20$	电池	电压 14.8V，容量 3800mAh
记录纸规格	卷轴热敏记录纸	外形尺寸	$365\text{mm} \times 306\text{mm} \times 109\text{mm}$

配置清单

配件名称	数量	配件名称	数量
心电图机主机	1 台	电源线	1 条
心电导联线	1 条	保险丝	2 只
肢体电极	4 只	使用说明书	1 份
胸电极	6 只	合格证	1 份
标准接地线	1 条	保修卡	1 份
打印纸	1 卷	公司三证	1 份

二、电解质分析仪

1. 技术特点:

- 1.1 自检功能，故障解决提示
- 1.2 吸样后 30 秒内出结果
- 1.3 最小样品量：65 μ l
- 1.4 自动校正功能，方便急诊测试
- 1.5 高、中、低值质控线性调整功能
- 1.6 保存 300 例质控数据，能对不同批号的质控样品进行统计
- 1.7 斜率与均差双参数校正，确保线性和准确性
- 1.8 ★特设操作帮助，指导用户自行解决故障
- 1.9 增加数字健，操作更简单
- 1.10 全程自动分段清洗，确保无交叉感染
- 1.11 自动一点及两点定标，附加人工定标功能
- 1.12 ★一体化试剂包，降低了生物污染的风险，符合环保要求
- 1.13 ★1200 例样品数据保存，包括测试日期、时间、编号及异常情况记录
- 1.14 电极维护保养提示
- 1.15 RS232 电脑联机接口

2. 样品种类：血液

3. ★测量范围及精度：

项目	范围	精密度(CV 值)
K ⁺	(0.5~15.0)mmol/L	≤1.0%
Na ⁺	(20~200)mmol/L	≤1.0%
Cl ⁻	(20~200)mmol/L	≤1.0%
Ca ²⁺	(0.3~5.0)mmol/L	≤1.5%
pH	6.0~9.0	≤1.0%

4. 工作条件:

- 4.1 工作温度：5℃—40℃
- 4.2 相对湿度：≤85%

三、尿液分析仪+软件

技术要求：

- 1、测定原理：反射光电比色法；
- 2、测定速度： ≥ 501 条/小时；
- 3、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素 C、肌酐、尿钙、微白蛋白；
- 4、工作方式：可选择单条测试或连续测试；
- 5、显示： ≥ 5.7 英寸触摸液晶显示屏；
- 6、仪器能准确感应尿试纸条的数量；
- 7、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内；
- 8、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数 $\leq 0.8\%$ ；
- 9、稳定性：分析仪开机 8h 内，反射率测试结果的变异系数 $\leq 0.8\%$ ；
- 10、携带污染：检测除比重和 PH 外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性；
- 11、打印：内置热敏打印机打印测试结果；
- 12、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障；
- 13、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部；
- 14、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码；
- 15、存储功能： ≥ 9000 个测量结果；
- 16、校准功能：仪器配有试纸条校准功能；

四、立式灭菌器

技术条款：

1. 容积： $\geq 50L$
2. 设计压力、温度： $-0.1\sim 0.28MPa$ ； $142^{\circ}C$
3. ★使用寿命：8 年或 16000 次灭菌循环，提供产品铭牌证明材料
4. 开关门方式：单门，手动平移式密封门
5. 安全连锁：压力安全连锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全

联锁装置鉴定证书。

6. ★传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示

7. 控制系统：四位数码显示屏，温度显示精度 0.1℃；注水、排水手动控制，升温、灭菌、排汽自动控制；

8. 适用范围：对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料灭菌。

9. ★程序选择：设有器械、敷料、橡胶、液体、自定义等多种灭菌程序，升温、灭菌、排气全过程自动运行

10. 整机参数：

腔体尺寸（Φ×L）：≥Φ310×665mm

外形尺寸（L×W×H）：≤620×585×1000mm

设备电源、功率：AC220V，50Hz；≤5.0kVA

装载装置：304 拉伸网底篮筐 2 个；

五、双通道注射泵

技术要求：

★1. 双通道一体机，双屏独立分屏显示。

2. 注射模式：简易定速模式（一键启动注射）、间断给药模式（选配）。

3. 注射速度：

50/60ml 注射器：(0.1~2200)ml/h 范围内可选，默认最大速度为 1500ml/h

30/35ml 注射器：(0.1~900)ml/h

20ml 注射器：(0.1~600)ml/h

10/12ml 注射器：(0.1~400)ml/h 范围内可选，默认最大速度为 300ml/h

5/6ml（选配）注射器：(0.1~150)ml/h

注射速度最小步进 0.01ml/h、0.1ml/h、1ml/h 可选，默认为 0.1ml/h。

4. 流速的精确度：在±3%以内（经校准后）。

★5. 泵的机械精度：在±2%以内。

★6. 快速推注功能（Bolus 功能）：Bolus 运行方式有手动和自动两种方式可选。

50/60ml 注射器：(0.1~2200)ml/h 范围内可选，默认速度范围为(0.1~1200)ml/h；

30/35ml 注射器：(0.1~900)ml/h 范围内可选，默认速度范围为(0.1~720)ml/h；

20ml 注射器：(0.1~600)ml/h 范围内可选，默认速度范围为(0.1~480)ml/h；

10/12ml 注射器：(0.1~400)ml/h 范围内可选，默认速度范围为(0.1~240)ml/h；

5/6ml (选配) 注射器：(0.1~150)ml/h 范围内可选，默认速度范围为(0.1~120)ml/h；

7. KVO 速度：0.1ml/h~5ml/h，KVO 应能打开和关闭。

8. 限制量：0ml~9999.99ml 可选，默认为 0ml~9999.9ml，最小步进 0.01ml、0.1ml、1ml 可选，默认为 0.1ml。

★9. 累计注射量：0ml~9999.9ml，最小步进 0.1ml。

★10. 阻塞报警阈值压力等级：高：800mmHg±200mmHg(106.7kPa±26.7kPa)

中：500mmHg±100mmHg(66.7kPa±13.3kPa)

低：300mmHg±100mmHg(40.0kPa±13.3kPa)

●11. 报警及提示功能：注射将近、注射完毕、限制量注射完毕、注射阻塞、注射器脱落、注射器未正确安装、电池电量低、电池电量空、运行异常、设备故障、遗忘操作、掉电报警等。

12. 提示功能：设置错误、注射开始、交流电源已拔出等提示。

●13. 报警方式：声光报警、文字提示。

★14. 注射器规格：自动识别 10/12ml、20ml、30/35ml、50/60ml 注射器。内置多种注射器品牌。完善的注射器品牌规格调试技术，正确校准后可与任何品牌（符合国家标准）的注射器兼容。

●15. 液晶显示屏+数码管双屏显示，动态阻塞压力显示及各种工作状态，键盘+飞梭键操作，方便易操作。

16. 运行中调速功能：设备在运行过程中，可更改运行速度的大小，调节后机器将以设定后的速度运行。

17. Anti-bolus 功能（反丸剂功能）：当注射泵阻塞报警后，电机反转，释放管路压力，防止阻塞后给病人带来额外冲击剂量。

18. 自带注射器安装检测开关，并同时灯光提示。

19. 电源：两种供电工作方式，市电：~220V、50Hz；内置电池：11.1V 可充电锂电池组，新电池充满电后，可供注射泵以 5ml/h 速率运行时，连续工作 3 小时以上。

20. 功率：30VA。

●21. IP 等级：属 IP24 防溅设备。

22. 安全等级：I 类、内部电源、CF 型连续运行设备。

23. 延时启动功能：可设置开、关。延时时间设置范围为（00:00:01-99:59:59）hh:mm:ss。

24. 夜间模式：设备进入夜间模式后显示屏背光自动关闭，有利于患者夜间休息。夜间模式可进行开启和关闭。

25. 自动锁屏时长设置范围：（00:00:05-99:59:59）hh:mm:ss，系统默认自动锁屏时长为关。

★26. 符合国家药品监督管理局发布的最新标准：GB9706.1-2020，GB9706.224-2021，YY 9706.108-2021，YY9706.102-2021。

注：以上所有提供的产品均须为 2024 年四季度以来出产的设备，使用期限须在 5 年及以上，使用试剂为开放采购试剂。

第四章 投标文件格式

在此提交的《投标文件》，一式三份。包括如下内容：

- 一、投标函；
- 二、法定代表人身份证明；
- 三、法定代表人授权委托书；
- 四、开标一览表；
- 五、投标报价表；
- 六、供应商一般情况表；
- 七、质量保证承诺；
- 八、售后服务保证措施承诺；
- 九、其他商务及技术证明材料；
- 十、未被列入失信记录书面说明；
- 十一、无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明
- 十二、虚假应标承担责任声明
- 十三、附件。

一、投标函

致：采购人

我方确认收到贵方提供的项目编号：_____《招标文件》的全部内容，我方：（供应商名称）_____作为投标单位正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

我方已完全明白《招标文件》的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：项目编号为_____的投标；

（二）我方已详细研究了《招标文件》的所有内容包括正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后、投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被监督方没收。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（五）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行《招标文件》及其补充文件中的全部责任和义务，保质、保量、按期完成合同中的全部任务。

（七）如我方中标，我方将在收到中标通知书之前，按《招标文件》中规定的标准向甘肃汇晟工程咨询有限公司交纳代理服务费。

（八）投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：_____户名：_____

账号：_____

（九）与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：_____

电话：_____

供应商名称（单位盖章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位章）_____

_____年____月____日

法定代表人身份证明复印件：

--	--

三、法定代表人授权委托书

致：采购人

本授权书声明：注册于_____（国家或地区）的_____（供应商名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（项目编号为_____）的《招标文件》中的_____项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：_____

地 址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

被授权人身份证复印件：

--	--

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

价格单位：人民币/元

项目名称	投标报价（元）	供货期（日历天）	备注
总报价	大写：	小写：	

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

六、 供应商一般情况表

供应商名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
公司类型				
法定代表人	姓 名		电 话	
成立时间		员工总人数：		
营业执照号				
注册资金				
开户银行				
账 号				
经营范围				
备注				

供应商名称（单位盖章）： _____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____

日期：_____

后附：

- 1) 企业简介、经营范围、职工人数、人员状况等；
- 2) 具有统一社会信用代码营业执照副本、开户行许可证（基本存款账户信息）等资质文件（复印件加盖公章）；
- 3) 2024 年度财务状况报表；

七、质量保证承诺

(自行编写)

例如：

××××(采购人名称)：

关于贵方 XX 年 XX 月 XX 日就甘州区甘浚镇中心卫生院十二道心电图机电解质分析仪等设备购置项目（项目编号：_____）事宜，我公司作为供应商，作如下保证：保证所有技术参数完全符合采购方要求，完全响应贵方在招标文件中规定的技术参数及售后服务要求，并在规定的时间内交货。

• • • • •

供应商名称（单位盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

八、售后服务保证措施承诺

(自行编写)

供应商名称（单位盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

九、其它商务及技术证明材料（格式自行设计）

十、未被列入失信记录书面声明

本公司声明：供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务中“失信被执行人查询”及“重大税收违法案件查询”及“政府采购严重违法失信名单”查询名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，方可参加本项目的投标。

（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]及中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料），供应商提供以上查询记录最终由资格审查小组对各供应商信用记录进行甄别；

附件：“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站查询结果

供应商名称（单位盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

十一、无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

最近三年内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

本公司在最近三年（2022年1月-至今）内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题。特此承诺。

供应商名称（单位盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

十二、虚假应标承担责任声明

致：采购人

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、成交公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品工程量与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商名称（单位盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

十三、附件

《投标文件》封面格式

正/副本

项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

项目编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

投标文件

单位名称：XXXXXXXXXX（加盖公章）

法人代表或被授权人代表：XXX（签字）

投标日期：二〇二五年X月XX日

第五章 拟签订的合同文本

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲乙双方有权在签订合同同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

甘州区甘浚镇中心卫生院十二道心电图机
电解质分析仪等设备购置项目

政府采购合同

项目编号:

采购单位:

供应商: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

合同条款及合同格式

项目名称：

采购编号：

合同编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方根据_____年____月____日政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方为本项目_____采购所做的投标文件，乙方必须完全按成交通知书中项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

（一）货物名称：

（二）型号规格：

（三）技术参数：

（四）数量(单位)：

二、合同金额

（一）本合同金额为(大写)：_____元（¥：_____元）人民币。

（详见报价表）

三、技术资料

（一）甲方向乙方提供所采购货物的有关技术资料。

（二）乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（三）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则由此产生的一切后果由乙方负全责。

五、无产权瑕疵条款

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十二条第三款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金外，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期

质保期_____年。（自项目验收合格之日起计算）

七、供货及安装完成时间、供货方式及供货及安装地点

（一）供货及安装完成时间：

（二）供货方式：

（三）供货及安装地点：

八、付款方式

全部货物供应完毕，招标人验收合格后，根据约定付款。

九、质量保证及售后服务

（一）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起不少于_____年。在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可以按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方协议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为壹年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

十、调试和验收

(一)甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方需在十个工作日内验收。

(二)乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

(三)甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

(四)对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。

(五)验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由乙方负责。

十一、货物包装、发运及运输

(一)乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

(二)使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

(三)乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方,以准备接货。

(四)货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

(五)货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

(一)甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

(二)甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

(三) 乙方逾期交付货物的, 乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金, 由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的, 甲方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的, 乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金, 如造成甲方损失超过违约金的, 超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

(四) 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的, 甲方有权拒收该货物, 乙方愿意更换货物但逾期交货的, 按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的, 甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

(一) 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

(二) 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

(三) 不可抗力事件延续 120 天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

十四、争议的解决

在履行合同过程中发生争议时, 双方当事人协商解决, 协商不成的, 采用下列第 _____ 种方法解决。

1. 提交仲裁委员会仲裁;
2. 依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

(一) 合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

(二) 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 须经市财政部门审批, 并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。

(三) 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力:

1. 供货清单和分项价格表
2. 技术规格

- 3.乙方投标文件
- 4.招标文件及澄清
- 5.其他与本合同相关的单据
- 6.本合同适用的特殊条款

(四) 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

(五) 本合同一式柒份，具有同等法律效力。甲方贰份，乙方贰份，代理机构壹份，行业监管部门贰份。合同附件作为本项目政府采购合同的有效组成部分。

甲方： 盖章： 地址： 电话：	乙方： 盖章： 地址： 电话：
法人或被授权人： 日 期：	法人或被授权人： 日 期：
账 号： 开户行：	账 号： 开户行：

注：本合同的主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。