

蓝野便携式牙科 X 射线机 RAY98（P）招标参数

- ☆ 管电压: $\geq 70\text{kV} \pm 10\%$
- ☆ 管电流: $\geq 2\text{mA} \pm 20\%$
- ☆ 射线焦点: $\leq 0.4\text{mm}$
 - 电源电阻: $\leq 2\Omega$
 - 靶角: 12.5°
 - 半价层: 70kV 时为 $\geq 1.6\text{ mmAl}$
 - 漏辐射率: 1 米处 $\leq 0.25\text{mGy/h}$
 - 加载时间调节范围: 0.04s-2.0s
 - 曝光冷却时间: $\leq$ 曝光时间的 15 倍
 - 最大输出功率加载因素组合: 70 kV、2mA、2s
- ☆ X 射线管型号: 佳能 D-045, 需提供近期报关单
- ☆ 采用进口电芯动力电池, 需提供近期报关单
- ☆ 外形尺寸: $\leq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 100\text{mm}$
- ☆ 整机重量: $\leq 1.7\text{kg}$
- ☆ 可选配移动支架, 升级成移动立式高频 X 光机
 - 防过载: 具有
 - 具有童锁功能, 防止误操作
 - 实时查看拍片次数及总辐射量
- ☆ 使用年限: ≥ 8 年