

榆中县中医院牙片机配套设备及影像版扫描仪采购项目需求表

序号	品目	技术参数	单位	数量	备注
1	影像板扫描仪	1. 分辨率：≥10P/mm 2. 影像位深：≥12bits/pixel 3. 灰阶：16bit 4. 影像板寿命：≥2000 次 5. 理论分辨率：25LP/mm 6. 重量：≤3KG 7. 成像速度：≤3S 8. 连接方式：USB 连接线 9. 影像板材质：（软片） 10. 可适用于 4 种规格影像板，分别为 0、1、2、3 号影像板。 11. 不限分机数量 12. 使用年限：8 年 13. 影像板：软薄可弯曲，能方便的放入患者口腔内，容易置于牙后部位，并适用于各种口内胶片支架。 14. 自带隐藏式置物盒可存储各型号的影像板。 15. 自动电磁吸附扫描，智能高速，全程无挤压，有效减少影像板磨损和外界杂质影响。 16. 可连接平板	台	1	
2	移动式 X 射线支架	1. 底座：具有足够的强度和稳定性，以支撑整个设备 2. 支臂：连接底座和 X 射线发生器，可调节的金属杆，可让 X 射线发生器移动到所	台	1	

		需的位置			
		3. 座椅：可 180 度左右旋转			
		4. 尺寸：≥65*65*165cm			

备注：1、凡参与本项目阳光采购的供应商均视为完全满足本项目的所有要求；

2、供货时间：合同签订后 30 日内，供货地点：榆中县中医院

3、付款方式：双方协商。

4、售后、培训等事宜：由供应商负责，并达到采购人要求及相关国家标准，培训需达到采购人熟练自主使用的目的。