

岷县蒲麻中心卫生院护理部及理疗科申请购置制氧机和 泡脚桶项目技术参数

一、医用分子筛制氧机

功率:500VA

氧浓度:93%±3%

自检预警系统:有

湿化杯:有

产品重量:19kg

氧流量:5L/min

噪音:<43dB(A)

氧浓度显示:有

定时:有

产品尺寸:332x325x622mm

雾化率:20.3mL/min

出口压力:20-70kPa

雾化:有

语音播报:有。

二、泡脚桶

额定电压: 220v

产品净重:9kg

电源线长: 170 cm

发热原理: PTC 发热体

额定频率: 50Hz

额定功率: 800W

温度范围: 35~48℃

定时时长: 60 分钟