

榆中县中医院设备采购项目需求表

序号	品目	技术参数	单位	数量	备注
1	两用型空心钻	1. 可整机高温高压消毒，耐155℃高温； 2. 采用进口电机； 3. 转速650转 / 分，900转/分，定制款1400转/分 4. 钻夹头夹持口径0.1-8.0mm。 5. 空心通孔直径4.0mm 6. 扭矩3.9牛顿·米； 7. 使用免消毒电池； 8. 电池电压14.4伏；1800mAh； 9. 充电器输入电压交流100V~250V 50/60HZ 10. 铝合金外壳； 11. 通过CE认证； 12. 通过13485认证	把	1	
2	铅衣架	1. 材质：不锈钢 2. 可挂5件	个	2	
3	躯体防护裙	1. 尺寸要求：1.5*0.9M 2. 适用于医院X射线诊断时操作者的X射线防护 3. 铅当量】0.35mmpb，0.5mmpb 4. 材质：表面为牛津布，内为含铅胶皮制作（每层0.175mmpb） 5. 医学X射线防护及其它射线防护 6. 类型：医用X射线防护系列制品	件	1	

4	铅帽	1. 成人2个，儿童1个 2. 适用于医院X射线诊断时操作者的X射线防护 3. 铅当量】0.35mmpb，0.5mmpb 4. 材质：表面为牛津布，内为含铅胶皮制作（每层0.175mmpb） 5. 医学X射线防护及其它射线防护 6. 类型：医用X射线防护系列制品	顶	3	
5	铅围脖	1. 适用于医院X射线诊断时操作者的X射线防护 2. 通用 3. 铅当量】0.35mmpb，0.5mmpb 4. 材质：表面为牛津布，内为含铅胶皮制作（每层0.175mmpb） 5. 医学X射线防护及其它射线防护 6. 类型：医用X射线防护系列制品	个	2	

备注：1、凡参与本项目阳光采购的供应商均视为完全满足本项目的所有要求；

2、成交供应商在签订成交合同前需单独提交一份满足本项目要求的产品资料及检测报告等参数中要求的文件并加盖供应商公章，相关资料未通过采购人审查的，成交结果将不被认可，采购人有权拒绝签订成交合同并另行采购。

3、供货时间：合同签订后 30 日内，供货地点：榆中县中医院

4、付款方式：双方协商。

5、售后、培训等事宜：由供应商负责，并达到采购人要求及相关国家标准，培训需达到采购人熟练自主使用的目的。

