

肛肠治仪疗

1、手持内窥摄像机，可配接内窥装置

信噪比： $\geq 48\text{dB}$ 水平分辨率： 600TVL 视频输出幅度： $1.0\text{Vp-P}/75\Omega$

工作环境：温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$ 湿度 $40\%\sim90\%$

2、电源适应范围：AC 电压 $170\sim260\text{V}$ 频率 $47\sim63\text{ Hz}$

3、输出功率：电切、电凝时为 $0\sim99\text{ W}$ 可调，最小步进单位为 1W 。

电钳、电镊时为 $15\sim50\text{ W}$ 可调，最小步进单位为 1W 。

4、工作频率：电切、电钳、电镊为 $380\text{KHz}\pm 10\%$ ；电凝时为 $250\text{KHz}\pm 10\%$ 。

5、电钳、电镊工作时，病变部位干涸后，自动关闭输出并报警；

6、电钳表面带有铜保护层，可使被钳夹组织干结，不出现碳化；

7、中性电极未连接具有自动保护并报警。

8、彩色图文报告系统，功能强大，易操作。

9、采用图像处理软件，可对图像采集、放大、存储、标识、动态回放等。

10、病例存储数量 ≥ 1000000 幅，显示分辨率 1024×768 ，视频图像采集格式 24bit 。

仪器标准配置：

主机（推车型）：1 台；

手持内窥摄像机：1 台；

治疗笔：1 把；

电极板：2 个；

治疗头：1 套（刀状治疗头、针状治疗头、球形治疗头、弯状治疗头）；

电 钳：2 把；

电 镊：1 把；

电钳线：1 根；

脚踏开关：2 个；

地 线：1 根；

电源线：1 根；

打印机：1 台；

硬件配置：19 英寸液晶显示器；主板，CPU G1840 双核 2.8×2 ，内存 2G ， 1T 高速硬盘，医学专用采集卡；彩色喷墨打印机。