

DR 机房防护施工项目工程量清单

序号	物资名称	规格型号	施工工艺及材料说明	计量单位	数量
1	3 当量不锈钢铅门 (电动推拉铅门)	符合国家标准:GBZ130-2020《医用X射线诊断卫生防护标准》、国家标准:GB1887-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、国家标准:GBZ/T180-2006《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规定》、国家标准:GBZ128-2002《职业性外照射监测规范》	3 当量不锈钢铅门(电动推拉铅门)1800*2250mm 性能:整体结构牢固、可靠,不易变形和锈蚀。门扇内框、面层采用304不锈钢板,表面平整、美观,无钉孔,防护层采用复合工艺,防护当量满足设计要求,且永不变形。	樘	1
2	3 当量不锈钢铅门 (手动单开门)		3 当量不锈钢铅门(手动单开门)900*2100mm 性能:门扇内框、面层采用304不锈钢板,防护层采用复合工艺,防护当量满足设计要求,且永不变形。	樘	1
3	304 不锈钢医用钢质门		304 不锈钢医用钢质门1000*2100mm 性能:采用304不锈钢压制而成,门扇内框、面层采用304不锈钢板。	樘	1
4	3 当量铅玻璃 (带框)		3 当量铅玻璃(带框)800*1200*15mm 性能:抗划伤、抗破碎处理,玻璃与窗框防护可靠。	块	1
5	四周墙体和顶部防护		四周墙体防护采用15mm硫酸钡板,顶部防护采用3当量铅板,使用寿命较长,防护效果耐久。	平方米	75

