

| 实验名称              | 仪器名称                    | 规格                                                                                                                                                                     | 单位 | 数量   |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 物理                | 小灯泡(额定电压2.5V,电阻约为10Ω欧姆) | 灯座口圈应采用厚0.4mm~0.5mm的黄铜材料制作,中心触点应采用厚0.3mm~0.4mm的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ。                                                                                                 | 个  | 1200 |
|                   | 小灯泡灯座                   | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成,最高工作电压应为36V,最大工作电流应为2.5A。                                                                                                                  | 个  | 300  |
| 测量小灯泡的电功率         | 电压表(0~3V、0~15V)         | 1、等级指数2.5级,量程3V、15V;2、标度盘:标度盘正面为无光白色,色调柔和,刻度线条平直不间断,清晰鲜明,色差明显;表面清洁平整;3、指针:指针应挺直,涂色与标度盘颜色的色差要明显。                                                                        | 个  | 300  |
|                   | 电流表(0~0.6A、0~3A)        | 1、误差等级2.5级,量程0.6A、3A;2、标度盘:标度盘正面为无光白色,色调柔和,刻度线条平直不间断,清晰鲜明,色差明显;表面清洁平整;3、指针:指针应挺直,涂色与标度盘颜色的色差要明显。                                                                       | 个  | 300  |
|                   | 滑动变阻器(20Ω,1A)           | 20Ω,2A误差应<±10%;滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面,不应采用圆形截面;电阻丝采用康铜丝,接线柱应有防松动装置;额定电流工作30min温升≤300℃                                                                                   | 个  | 300  |
|                   | 学生电源                    | 直流稳压输出1.5V~9V,每1.5V为一档共6档;额定电流1.5A;电压偏调≤±(2%U标+0.1V),电压稳定度≤2%U标+0.1V负载稳定度≤2%U标+0.1V,满载时纹波电压≤0.1%U标;过载保护1.05~1.5倍,延时1s;电源输入与低压输出端子间抗电强度3000V;电源输入与外壳间抗电强度I类电器1500V,II类电 | 台  | 300  |
|                   | 开关(大小适宜)                | 1、开关的最高工作电压36V,额定工作电流6A;2、底板用塑料制作,开关闸刀与接线柱及垫片均为铜片;3、接线柱直径为Φ4mm;4、开关的绝缘强度应能承受1200V,漏电流为5mA,频率50Hz的正弦交流。                                                                 | 个  | 300  |
|                   | 导线(加粗线)                 | 两端带铲头,至少包括红、黑两种均等数量颜色,使用寿命长                                                                                                                                            | 根  | 6000 |
| 化学                | 烧杯(100mL)               | 1、高硼硅玻璃材质;2、规格:100mL,烧杯上标志应清晰、耐久,造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜,底部不允许有结石、节瘤存在;3、放在平台上不应旋转或摇晃;4、当向外倾倒液体时,液体呈一束细流流出,不应外溢,不应沿壁外流。                                                        | 个  | 600  |
| 粗盐的溶解和过滤          | 漏斗                      | 1、规格:60mm;2、口边光滑平整,无毛边、快口及崩缺,角度正确,口边不得呈椭圆形及不规则多边形,斗柄应垂直,下口应磨成45°角,并将斜口边倒角不呈缺口;3、壁厚均匀,内壁光滑,斗柄接头处不允许严重折皱,斗柄垂直偏正不超过3~5mm。                                                 | 个  | 300  |
|                   | 玻璃棒                     | 1、透明钠钙玻璃材质;2、规格:Φ5mm~Φ6mm;3、理化性能:耐水等级:1级,耐碱等级:1级,耐酸等级:2级;4、应力:在偏光仪中呈蓝色;5、色泽:无色透明,允许微带黄绿色;6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不均,无气泡、无节瘤、无结石。                                              | 根  | 300  |
|                   | 铁架台(带大小适宜的铁圈)           | 由大、小铁圈各一只,铁制十字夹2只,试管夹一只构成。                                                                                                                                             | 套  | 200  |
|                   | 洗瓶                      | 250mL,密封性好,不漏气。                                                                                                                                                        | 个  | 300  |
|                   | 药匙                      | 不锈钢材质                                                                                                                                                                  | 把  | 300  |
|                   | 滤纸(规格与漏斗配套)             | 中速,9cm 100张/盒                                                                                                                                                          | 盒  | 300  |
|                   | 蒸馏水(自来水代替)              |                                                                                                                                                                        |    |      |
|                   | 粗盐                      | 500g/瓶                                                                                                                                                                 | 瓶  | 300  |
|                   | 抹布                      | 方形;符合教学要求                                                                                                                                                              | 块  | 600  |
|                   | 抽纸                      | 4层纸巾,80抽                                                                                                                                                               | 包  | 1200 |
| 生物                | 显微镜(自备)                 |                                                                                                                                                                        |    |      |
| 用显微镜观察人体基本组织的永久玻片 | 人体基本组织的永久玻片             | 1、标本在100×和400×生物显微镜下,观察口腔上皮装片结构;<br>2、应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构;<br>3、标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮                                                                                         | 块  | 200  |