

**凉州区羊下坝镇中心卫生院手术无影灯、电动手术台
采购项目采购清单**

序号	名称	技术参数	数量/ 单位	备注
1	手术无影灯	1. 灯珠数量：80 2. 中心照度（相距 1M 处 LUX）：180000 3. 色温（K）：3000-6700 4. 显色指数 Ra：≥97% 5. 光斑直径（mm）：150—300 6. 光斑分布直径（mm）：80—150 7. 光柱深度（mm）：≥1200 8. 亮度调节：1-100 9. 辐照度(W/m ²)：≤ 600 10. 单遮板无影率：64% 11. 双遮板无影率：52% 12. 中心照度（Ec）：110Klx 13. 术者头部温升（℃）：≤1 14. 术野工作区域温升（℃）：≤2 15. 操作半径（mm）：≥2200 16. 工作半径（mm）：600—1800 17. 电源电压：220V±22V 50HZ±1HZ 18. 输入功率：150VA 19. 灯泡平均寿命（h）：≥ 80000 20. 灯泡功率：1W 21. 最佳安装高度（mm）：2600—3200	1 台	
2	电动手术台	1. 台面规格：总长 2000±50mm，总宽 500±20mm 2. 台面最低高度：650±20mm	1 台	

		3. 台面最高高度：950±20mm 4. 升降行程：（300±20）mm（电动） 5. 头板：上折≥65°，下折≥90°（手动） 6. 背板：上折≥75°，下折≥15°（手动） 7. 腰板上升：120±10mm 8. 腿板：下折 90°，水平外展 90°（手动） 9. 前后倾角度：前倾：25° ±2°（电动）；后倾：28° ±2°（电动） 10. 侧倾角度：左倾：22° ±2°（电动）；右倾：22° ±2°（电动） 11. 净重：150~170kg 12. 最大负载：240kg 13. 电源：220V 50Hz 14. 手术台固定方式：脚踏刹车 15. 包装：1430×630×830mm		
--	--	---	--	--