

武威市中医医院 DR 移机安装服务采购项目

服务内容及要求

一、服务内容：将放射科 DR 迁移至发热门诊 CT 机房并完成安装、调试。

二、迁移设备参数：

名称：数字化 X 摄影系统

型号：R-30

数量：1 台

三、服务要求

1. 按要求放射科 DR 整机从原机房移机至新机房。
2. 移机时限：7 个工作日内完成设备从拆机开始安装完毕。
3. 投标报价包括完成本项目的所需要的各类费用，包含负责办理与本项目相关的各类手续。
4. 投标报价中包含移机时需要的其他人员人工费用。
5. 投标报价中包含 DR 主机工作站(型号：戴尔 T5820)一台。
6. 投标报价中包含移机中需要的所有电源电缆。
7. 须承诺支付移机时使用的第三方搬家公司人员及设备租赁费用（约占供应商报价的 30%）。
8. 须配备不少于 2 名经原厂专业培训的工程师，提供工程师名单、工程师原厂培训证书（证书必须在有效期内）复印件。
9. 机器停机时间较长，在库房存放时装修施工方挪动过机器，有零件缺失的风险，缺失的零件需要供应商补齐。
10. 移机验收结束后，经使用科室验收合格后，支付移机款项。