

技术参数要求

一、放射场所预评、控评要求：

- 1.工作场所：武南院区口腔科牙科 X 射线机机房
- 2.技术服务：机房防护检测、牙科 X 射线机性能验收检测、建设项目放射性职业病危害预评价、建设项目放射性职业病危害控制效果评价（注：含环评登记表备案及辐射安全许可证增项）。
3. 完成期限：2025 年 9 月 15 日前。

二、售后服务

- 1、检测与评价报告的主要数据和结论准确率为 100%。
- 2、严格按照医院放射场所设置要求检测结果达到卫生监督部门验收要求。
- 3、检测和评价人员将严格履行职业道德和工作人员守则，严格为客户保守技术秘密，未经客户同意，不向任何与检测和评价无关的部门和个人提供有关被检样品资料和检测数据和评价报告。