

全自动化学发光测定仪技术参数

1. 反应原理：电化学发光(竞争法和夹心法)。
2. 测试速度 ≥ 80 测试/小时、心脏标志物 ≤ 10 分钟出结果。
3. 试剂通道数 ≥ 10 个，可放置不同或相同类型的多种试剂。
4. 样本类型： 血清、血浆。
5. 急诊样本优先，随到随测，可选择在样本架的任何位置。
6. 功能描述： 样本自动扫码，获取信息，封膜穿刺技术，防止试剂挥发，避免交叉污染，试剂稳定两点校准，校准频率低，仪器有自动清洗功能，携带污染物低，可连续 24 小时工作，仪器对试剂具有冷藏功能，无需试剂冷藏。
7. 试剂系统： 试剂液面水平自动检测功能；具有制冷功能，温度：4-15℃。试剂盒附有射频数据存储卡，储存试剂、定标等信息。
- ★8. 提供计量检测校准报告。
- ★9. 设备出厂日期在 2025 年 3 月 31 日以后，设备使用期限 ≥ 10 年。
- ★10. 免费质保期限 3 年。
11. 数量 1 台。
12. 免费接入医院信息系统，不得额外收取费用。

手提式压力蒸汽灭菌器

1. 容积：24 L 。
2. 额定工作压力：0.14-0.16 MPa。
3. 设有安全阀、放汽阀、压力表，当压力蒸汽超过 0.165Mpa 时安全阀会自动释放过高压力蒸汽至达到可靠的安全性，在压力表表面刻度上设有兆帕和温度读数，便于阅读不同的数据。
4. 加热采用浸入式不锈钢电热管，具有断水过热保护功能。
5. 灭菌器全部由不锈钢材料制成，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀，易保养等优点。
- ★6. 提供设备计量检测校准报告。
7. 提供备用压力表，提供检定报告。
- ★8. 设备出厂日期在 2025 年 3 月 31 日以后，设备使用期限 ≥ 5 年。
- ★9. 免费质保期限 3 年。
10. 数量 1 台。