

技术参数要求

品目 1 特定电磁波治疗仪 数量 10 台

具体参数要求:

1. 治疗头直径: $\Phi 166\text{mm}$
2. 额定电压: 220V (伏特)
3. 频率: 50HZ (赫兹)
4. 输入功率: 220VA (伏安)
5. 治疗板表面温度: ≥ 280 度
6. 电磁波谱范围: 2~25 (微米)
7. 治疗板使用寿命: 1000 小时
8. 加热器使用寿命: 2000 小时
9. *使用螺旋式炉盘加热器受热更均匀, 使用寿命更长。
10. 预热时间: 8-10 分钟
11. 安全类型: I 类 B 型连续运行的普通设备
12. 活动臂升缩范围: 30-135cm
13. 活动臂伸缩范围: 20-70CM
14. 俯仰角: 270 度
15. 治疗头转角: 360 度
16. 计时方式: 机械定时 (0~60 及长通)

品目 2 红外线治疗仪 数量 4 台

具体参数要求:

1. 波长范围: 0.6um~2.5um;
2. 额定功率: 100W
3. 红外线灯泡使用寿命: 300h (小时);
4. 定时器范围: 机械定时, 0min ~60min (分钟), 精度误差 $\leq 10\%$;
5. 电源电压: a. c. 220V;
6. 电源频率: 50Hz;
7. 环境温度范围: 5℃~40℃;
8. 相对湿度范围: $< 80\%$;
9. 大气压力范围: 700hPa~1060hPa;
10. 产品安全类型: I 类 B 型、连续运行的非接触式设备;
11. 运行模式: 连续运行的非接触式设备
12. 活动臂升缩范围: 30-135cm
13. 活动臂伸缩范围: 20-70CM
14. 升降杆升降范围: 200mm
15. 俯仰角: 270 度
16. 治疗头转角: 360 度
17. 计时方式: 机械定时 (0~60 及长通)

品目3 医用压缩雾化器 数量3台

一、工作原理：利用压缩式空气将药液雾化成直径 $0.5\mu\text{m}$ – $5\mu\text{m}$ 的雾粒，通过吸入的方式。进入呼吸系统并沉积，从而达到迅速、有效、无痛的治疗作用。

二、技术参数：

- 1、主要材料：医用高分子材料
- 2、电源：AC220V/50Hz
- 3、输入功率：135VA
- 4、空气流量： $\geq 5\text{L}/\text{min}$
- 5、空载噪音值： $\leq 60\text{dB}(\text{A})$
- 6、保险丝规格：F3AL250V/F7AL250V
- 7、喷雾速率： $20.1\text{ml}/\text{min}$
- 8、机器压力正常工作条件下①50KPa–150Kpa
- 9、正常工作条件：
 - a)使用环境湿度： 10°C – 40°C
 - b)使用环境湿度： $10\sim 95\text{RH}$
- 10、使用寿命：室温下(20°C – 25°C)累计工作 2000 小时
- 11、温控保护雾化器工作温度超 130°C , 温控开关触发
- 12、工作制间歇加载连续运行