

康乐县白王乡卫生院多功能牵引床采购项目技术参数表

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	三维多功能牵引床	1、电源电压：220V±22V 50HZ±1HZ； 2、额定输入功率：≤100VA； 3、牵引总时间：0~60min 任意设定； 4、持续牵引时间：0~9min 任意设定； 5、间歇牵引时间：0~9min 任意设定； 6、成角动作范围：+30° ~-10° 可调； 7、旋转动作范围：±25° 连续可调； 8、床面热疗温度：≤50℃； 9、牵引参数：0~99kg 任意可调； 10、主动牵引行程：0~200mm 11、牵引拉伸速度：空载下：9mm/s，满载下：7mm/s； 12、颈椎牵引力：0~30kg； 13、颈椎牵引行程：0~300mm；	台	1